



Słupsk, dnia 05.08.2022r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”- nr postępowania 62/PN/2022**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Część 24

Czy Zamawiający dopuści podkłady z pulpy celulozowej, chłonność 650 ml, o następującym składzie: od góry – włóknina polipropylenowa, wsad z pulpy celulozowej, od spodu – nieprzemakalna folia polietylenowa?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 2:**

Pytanie 1 do pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie wymogu : „jony srebra w rurach, które zapobiegają namnażaniu się mikroorganizmów „ ,a wymóg jedynie mikrobiologiczny . Powyższy wymóg wyklucza innych Wykonawców ,gdyż jest to chwyt marketingowy jednego z Wykonawców. Pragniemy również zaznaczyć iż na rynku światowym Producentów oprzyrządowania sprzętu medycznego nie istnieje taka funkcja ,oraz nie ma potwierdzonych badań klinicznych ,aby takowe w jakichkolwiek układach oddechowych występowało .

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 3:**

Część 49

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 49 wapna sodowanego o poziomie pylenia (< 0,5mm) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4% , absorpcji CO2 w min. 130 l/kg ,w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)2 82,50%, NaOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%, o gramaturze 5 kg w ilości 63 opakowań ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 4:**

1.Dotyczy Pakiet 6. Poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści nić niewchłaniającą nylonową krzywizną 7/16, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 5:**

2.Dotyczy Pakiet 45. Poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści nić niewchłaniającą długość igły 6,0 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 6:**

3.Dotyczy Pakiet 45. Poz. 2.

Czy zamawiający dopuści nić niewchłaniającą długość igły 6,0 mm krzywizna 3/8 pozostałe parametry bez zmian?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 7:**

Dot. Części nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli w/w pozycję??

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 8:**

Dot. Części nr 45, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igła 6 mm, pozostałe parametry bez zmian?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 9:**

Dot. Części nr 47

Czy Zamawiający dopuści szew bez dodatku antyseptyku, pozostałe parametry bez zmian?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 10:**

Zadanie 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej opatrunku w rozmiarze 6x7,5cm, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 11:**

CZĘŚĆ NR 4 POZ 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania kaniul nosowych – miękkich, silikonowych w rozmiarach XS, S, M, L, XL?

Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu stosowanie szerszej gamy rozmiarów, a tym samym precyzyjniejsze dopasowanie właściwego rozmiaru do pacjentów.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 12:**

CZĘŚĆ NR 4 POZ 5

Czy Zamawiający wymaga Czapeczki jednorazowe – w rozmiarach XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL?

Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu stosowanie szerszej gamy rozmiarów dostosowanych odpowiednio do pacjentów.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 13:**

CZĘŚĆ NR 4 POZ 2

Czy Zamawiający dopuści mocowanie/uchwyt występujący w jednym rozmiarze. W komplecie wraz z adapterem do respiratora Leoni będącym na wyposażeniu Zamawiającego.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 14:**

CZĘŚĆ NR 4 POZ 2,3,4,5

Upzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 2,3,4,5 z CZĘŚCI 4 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Wydzielenie wyżej wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo –cenowa w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie pozycji 2,3,4,5 w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 15:**

1. Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - pakiet 32, pozycja.1 - Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca

- Mając na uwadze zaoferowanie zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o szerszych parametrach niż oczekiwał Zamawiający, czy Zamawiający dopuści system zgodnie z parametrami jak poniżej :

Zestaw do odprowadzania stolca płynnego i półpłynnego:

1.	Zestaw składający się z przewodu cewnika, worka odbiorczego, strzykawki 50 ml, strzykawki z żelem smarującym oraz biologicznego eliminatora zapachów.
2.	System bez elementów wykonanych z naturalnego lateksu
3.	Skład opakowania zestawu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Worek odbiorczy 1 l.</li> <li>• Strzykawka 50 ml</li> <li>• Strzykawka z żelem smarującym (10 ml)</li> <li>• Instrukcja użycia</li> <li>• 1 buteleczka (30 ml) preparatu Medi-aire™ Biologiczny eliminator zapachów</li> <li>• Zacisk na przewody</li> </ul>
4.	Zestaw przewodu cewnika składa się z : trzon cewnika i worek odbiorczy wykonane w większości z kopolimeru Permalene, połączonych z niskociśnieniowym mankietem mocującym i strefą przechodzącą przez zwieracz, wykonanych głównie z silikonu.
5.	Otwór przewodu cewnika w obrębie mankieta ma kształt lejka w celu ułatwienia kierowania stolca do przewodu odprowadzającego, o średnicy wewnętrznej min 1.34 in <sup>2</sup> , max 1,4 in <sup>2</sup>

6.	<p>Przewód odprowadzający wyposażony w cztery porty, każdy z oddzielnym dostępem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zielony port do napełniania („INF(45ML)/INFLATE TO 45ML”) jest przeznaczony do napełniania/oprózniczenia mankietu.</li> <li>• Przezroczysty port irygacji („IRRIG”) służy do wprowadzania wody na końcu mankietu mocującego i umożliwia dostęp do podawania leków.</li> <li>• Fioletowy port do przepłukiwania („FLUSH”) jest stosowany do wlewu wody przez szczeliny na całej długości przewodu odprowadzającego w celu ułatwienia odprowadzania stolca.</li> <li>• Port do pobierania próbek na przewodzie odprowadzającym umożliwia pobieranie próbek stolca przy użyciu strzykawki z wsuwaną końcówką</li> </ul>
7.	Mocowanie zestawu przewodu cewnika z workiem odbiorczym za pomocą złącza i zaworu tłoczkowego
8.	System zarządzania stolcem wyposażony w mechanizm samozamykania aby zminimalizować kontakt na działanie szkodliwych mikroorganizmów podczas zmiany worków.
9.	Przewód odprowadzający wyposażony w zintegrowany, łatwy w użyciu port do pobierania próbek kątu zmniejszający możliwość zanieczyszczenia podczas pobierania próbek
10.	Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 16:**

2. Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - pakiet 32, pozycja.2 - Zestaw wymiennych worków kolekcyjnych z filtrami węglowymi o poj. 1000 ml, skalowanych, z zatyczką na uwięzi zestaw a'10szt.

Czy zamawiający dopuści zestaw wymiennych worków do zbiórki stolca wg. opisu jak poniżej:

Worek odbiorczy :

- Wymienny worek zbiorczy pojemność 1000 ml., skalowane od 50 ml co 100 ml, kompatybilny z proponowanym systemem do zbiórki stolca.
- Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.
- 1 op = 10 szt



**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 17:**

3. Dotyczy §6 ust. 2 wzoru umowy dostawy oraz formularza ofertowego pkt. 2 b:  
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie terminu płatności wynoszącego 60 dni.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 18:**

4. Dotyczy §8 ust. 3 wzoru umowy dostawy:

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej.

Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 19:**

5. Czy zamawiający w zakresie zadania 32 wyrazi zgodę na dołączenie do oferty broszury w j. angielskim?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 20:**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 30 w poz.1 wymaga aby próżnościąg położniczy był wyposażony w wewnętrzny samoograniczający system bezpieczeństwa uniemożliwiający przekroczenie bezpiecznego poziomu wytworzonego podciśnienia, które mogłoby prowadzić do urazów w obrębie główki płodu?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 21:**

Część 11 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie masek z trokami o dł. 40 cm.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 22:**

Część 11 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie masek posiadających ciśnienie różnicowe  $\text{Pa/cm}^2 < 40$   
 $\text{Pa/cm}^2$

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 23:**

Część 12 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie masek z gumkami o długości 15 cm (nierozciągnięta).

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 24:**

Część 12 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie masek posiadających ciśnienie różnicowe Pa/cm<sup>2</sup> < 40 Pa/cm<sup>2</sup>

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 25:**

Część 36 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie opatrunków do nakłuć dożylnych bez dodatkowej poduszeczki wyścielającej.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 26:**

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny kompres oczny w rozmiarze 5,5cm x 7,5cm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 27:**

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny samoprzylepny opatrunek oczny w rozmiarze 5,8cm x 8,3cm lub 6,5cm x 9,5cm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 28:**

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3ml typu luer-lock?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 29:**

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml typu luer?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 30:**

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną z trokami o długości 40cm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 31:**

Pakiet 11, 12

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN EN 14683 typ II o ciśnieniu różnicowym 34,67 Pa/cm<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 32:**

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną z gumkami o długości 16,5cm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 33:**

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 628ml?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 34:**

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z 5 warstw:

1. włóknina polipropylenowa
2. warstwa celulozowa
3. pulpa celulozowa
4. warstwa celulozowa
5. folia PE?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 35:**

Pakiet 32 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 36:**

Pakiet 32 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 37:**

Pakiet 40

Czy zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa
- 1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm
- 5 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
- 4 x Tupfer gazowy 17N bez nitki RTG 20cm x 20cm
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 20ml luer
- 1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
- 1 x Pęseta plastikowa niebieska dł. 13cm
- 1 x Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm
- 2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm.M
- 1 x Żel do znieczulenia błon śluzowych
- 2 x Amputkostrzykawka z wodą i gliceryną 10ml?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 38:**

Pakiet 40

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z butelek bez wewnętrznej zastawki, ze szczelną zatyczką samozatraskową zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 39:**

Część nr 26 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 450 sztuk elektrod, czy też 450 kompletów (1 komplet = 2 sztuki)?

**Odp. Zamawiającego: 450 sztuk.**

**Pytanie nr 40:**

Część nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwie z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 41:**

Część nr 32 poz. 2

Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości mikrobiologicznie czyste?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 42:**

Część nr 33 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej z bezalkoholowym płynem do płukania ust z 0,1 % roztworem nadtlenu wodoru?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 43:**

Część nr 33 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw toalety jamy ustnej z bezalkoholowym płynem do płukania ust z 0,12% roztworem chlorheksydyny?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**



**Pytanie nr 44:**

Część nr 38 poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'4 sztuki?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 45:**

Część nr 38 poz. 1

Czy zamawiający dopuści elektrody TENS w rozmiarze 5x10 cm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 46:**

Czy zamawiający dopuści w części nr 5 zestaw do stymulacji rdzenia kręgowego, o następujących parametrach technicznych:

Elementy zestawu:

- 1) Wszczepialny stymulator rdzeniowy, 16 – kontaktowy, dwukanałowy, stałonapięciowy, nietadowalny, o pojemności baterii 6,3 amperogodziny i wadze 67 gram. Możliwość konfiguracji od 2 do 16 kontaktów elektrody, oraz ustawienia do 32 programów, w ramach 26 grup. Kompatybilny z badaniem rezonansem magnetycznym 1,5T całego ciała pacjenta, niezależnie od poziomu implantacji elektrody
  - częstotliwość 2 - 130 Hz, z przyrostem o 5 Hz, w przedziale 10 do 130 Hz, oraz o 1 Hz, w przedziale 2 do 10 Hz,
  - szerokość impulsu 60 - 450 us, z przyrostem o 10 us,
  - amplituda 0 - 10,5 V, z przyrostem o 0,1 lub 0,05 V
- 2) Bezprzewodowy programator pacjenta, elektroda chirurgiczna 16 - kontaktowa, trzyczęściowa, lub elektroda przezskórna 8 - kontaktowa, łączniki, kabel screeningowy

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 47:**

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 44 rurki intubacyjną do zabiegów z użyciem lasera z dwoma mankietami typu mankiety mankiecie, wyposażoną w dwa baloniki uszczelniające umieszczone jeden nad drugim, posiadającą okienko Muphy'go oraz miękką i atraumatyczną końcówkę. Rurka o rozmiarach: 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0, sterylna, pakowane po dwie sztuki.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 48:**

Dotyczy pakietu nr 25

W związku z tym, że producenci klipsów tytanowych w różny sposób konfekcjonują ilości magazynków w opakowaniach zbiorczych a w odniesieniu do tego typu wyrobów, przepisy ustawy o wyrobach medycznych oraz właściwych unijnych dyrektyw nie nakładają na wytwórców obowiązku jednolitego sposobu pakowania, prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania klipsów w inny sposób pakowanych przy zachowaniu tej samej ilości magazynków.

Sugerujemy, by w formularzu cenowym w kolumnie „Jednostka” w miejsce opakowanie zmienić na magazynek, natomiast w kolumnie „Liczba jednostek” określić ilość magazynków wynikającą z ilorazu dotychczas wymaganych ilości opakowań z magazynkami.

Wobec powyższego prosimy o zaakceptowanie:

- dla poz. 1 ----- 180 mag.
- dla poz. 2 ----- 180 mag.

- dla poz. 3 ----- 1080 mag.

- dla poz. 4 ----- 54 mag.

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 49:**

Dotyczy pakietu nr 35 poz. nr 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z możliwością regulacji w trzech zakresach tzn.:

16G x 20 - 40 /65mm

16G x 35 - 55 /80mm

lub

16G x 55 - 75 /100mm

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 50:**

Pytanie o waloryzację do umowy:

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej.

Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 51:**

1. Czy Zamawiający w Części nr 52 poz. 2 i 5 dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami dwufunkcyjnymi blokująco-kompresyjnymi?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 52:**

2. Czy Zamawiający w Części nr 52 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytek piętowej bez kolców?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 53:**

3. Czy Zamawiający w Części nr 52 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do płyt blokowanych o średnicy od 2,4 do 5,0 mm zamiast od 2,4 do 5,4 mm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 54:**

4.Czy Zamawiający w Części nr 52 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do płyt blokowanych o średnicy 6,0 i 7,3 mm zamiast 6,5 i 7,3 mm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 55:**

5.Czy Zamawiający w Części nr 52 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kostnych kaniulowanych o średnicy od 2,4 do 7,0 mm zamiast od 2,7 do 8 mm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 56:**

6.Czy Zamawiający w Części nr 52 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania płytki tytanowej dynamicznej do złamań w obrębie szyjki kości udowej z zastosowaniem śruby antyrotacyjnej?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 57:**

Część nr 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie maski chirurgicznej jed. użytku trójwarstwowa, pełnobarierowa, na gumkę o dł. min. 45 cm, wysokiej jakości, niepowodująca podrażnień skóry wolna od mikrowłosek, spełniająca normę PN EN 14683 typ II (skuteczność filtracji bakterii  $\geq 98\%$ , ciśnienie różnicowe  $< 40\text{pa/cm}^2$ )?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 58:**

1)Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 59:**

2)Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 3 pkt 2) projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „zmiana taka następować będzie automatycznie z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 60:**

3)Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 3a o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości

i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 61:**

Zapytanie Nr 1- dotyczy CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY

Czy Zamawiający na podstawie art. 440 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dopuści zmianę projektu umowy polegającą na wprowadzeniu w § 8 postanowień dotyczących zmian umowy w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w następującym brzmieniu:

§ X

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności mających pośredni lub bezpośredni wpływ na ceny towarów będących przedmiotem świadczenia lub koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku znacznego wzrostu cen surowców użytych do wykonania towarów, cen towarów objętych umową na rynkach światowych, cen transportu towarów, cen dóbr i towarów w gospodarce krajowej, istotnego osłabienia kursu polskiej waluty w stosunku do kursu Euro lub Dolara Amerykańskiego, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

2.Zmiana umowy na podstawie powyższego postanowienia wymaga złożenia zamawiającemu pisemnego wniosku, w którym wykazany zostanie związek zmiany cen lub kosztów realizacji zamówienia przez Wykonawcę z wysokością jego wynagrodzenia.

3.Poziom wzrost cen lub kosztów realizacji zamówienia przez Wykonawcę, dotyczący okoliczności wskazanych w ustępie 1 powyżej, uprawniający strony do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynosi minimum 10% względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w umowie na dzień złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty wykazujące wzrost ceny lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i uzasadniające wnioskowaną zmianę wynagrodzenia.

4.Zmiana wysokości wynagrodzenia odpowiadać będzie procentowej wartości wzrostu cen lub kosztów realizacji zamówienia, udokumentowanemu przez Wykonawcę. Łączny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany zmianami umowy nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej danego pakietu lub części zamówienia, której dotyczy zmiana.

5.Wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie może być złożony wcześniej niż po 120 dniach od dnia otwarcia ofert, a każdy kolejny wniosek nie może być złożony wcześniej niż po 120 dniach od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia.

6.W przypadku spełnienia powyższych warunków strony uzgodnią zakres zmian w drodze aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obowiązywała od dnia podpisania aneksu do umowy. Wprowadzone przez strony zmiany umowy nie mogą prowadzić do zmiany jej ogólnego charakteru.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 62:**

Pyt 1 do zad 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kaniule nowszej generacji Optiflow Junior2 do terapii wysokoprzepływowej, w rozmiarze S, nie zawiera PVC ani ftalanów. Przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 i RT331 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Umożliwia dostarczenie przepływu gazów między 0,5 – 9 l/min. Rurka doprowadzająca gaz wykonana jest z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej, aby zminimalizować kondensację, zawiera wewnątrz stalową spiralę, aby zapobiegać zatkaniu oraz zgniataniu. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych

strumieni gazu. Kształt kaniuli w formie 3 D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach.

Mocowanie kaniuli z układem oddechowym za pomocą złącza EasyClik zapewniające trwałe połączenie odporne na ruchy pacjenta czy manipulowanie układem oddechowym. Mocowanie kaniuli do twarzy dziecka za pomocą przylepca hydrokoloïdowego dodatkowo wyposażonego w rzep-podkładkę umożliwiającą wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Masa kaniuli 7,1 g.

Czas użytkowania do 7 dni. Opakowanie zbiorcze a'20 szt. Indywidualne opakowanie kaniuli kodowane kolorem i symbolem graficznym w celu szybkiego wyboru właściwego rozmiaru.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 63:**

Pyt 2 do zad 4 poz 8

Czy Zamawiający dopuści kaniule nowszej generacji Optiflow Junior2 do terapii wysokoprzepływowowej, w rozmiarze M, nie zawiera PVC ani ftalanów. Przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 i RT331 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Umożliwia dostarczenie przepływu gazów między 0,5 – 10 l/min. Rurka doprowadzająca gaz wykonana jest z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej, aby zminimalizować kondensację, zawiera wewnątrz stalową spiralę, aby zapobiegać zatkaniu oraz zgniataniu. Konstrukcja kaniuli zapewnia doływ dwóch niezależnych strumieni gazu. Kształt kaniuli w formie 3 D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach.

Mocowanie kaniuli z układem oddechowym za pomocą złącza EasyClik zapewniające trwałe połączenie odporne na ruchy pacjenta czy manipulowanie układem oddechowym. Mocowanie kaniuli do twarzy dziecka za pomocą przylepca hydrokoloïdowego dodatkowo wyposażonego w rzep-podkładkę umożliwiającą wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Masa kaniuli 9,3 g.

Czas użytkowania do 7 dni. Opakowanie zbiorcze a'20 szt. Indywidualne opakowanie kaniuli kodowane kolorem i symbolem graficznym w celu szybkiego wyboru właściwego rozmiaru.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 64:**

Pytanie 3 do zad 4 poz 9

Czy Zamawiający dopuści wymienne przylepce hydrokoloïdowe do systemu kaniul Optiflow Junior2 z rzepem, właściwy dla rozmiarów XS i S lub M, L, XL. Opakowanie zbiorcze 20 sztuk.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 65:**

CZĘŚĆ NR 40

1.Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

- 5 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm
- 1 x strzykawka 20 ml
- 1 x woda destylowana w ampułce 20 ml
- 1 x żel poślizgowy w saszetce
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm z otworem o  $\varnothing$ 10 cm
- 1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 66:**

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 33

Prosimy o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej bez gąbki na zewnętrznej powierzchni szczoteczki, 0,12% roztworem chlorheksydyny, żelem do higieny jamy ustnej, bez złączki do drenu, ale z karbowanym zakończeniem szczoteczki umożliwiającym jej trwałe połączenie praktycznie z każdym rodzajem drenu, spełniającego pozostałe wymogi SWZ.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 67:**

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 34

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji RD 900 NEOPUFF o długości linii wdechowej 120cm, spełniającego pozostałe wymogi SWZ.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 68:**

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 49

W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze Co2 nie dopuszczone przez Farmakopee brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NaOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek oraz bardzo niską wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH poniżej 3%, regularnych granulach, stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 69:**

Pytanie 4 – dotyczy pakietu 49

Czy Wymagane wapno ma być wapnem dopuszczonym przez farmakopee brytyjską i amerykańską z potwierdzającym pismem od producenta?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 70:**

Czy Zamawiający z uwagi na niedostępność tego produktu dopuści w pakiecie 31 poz.4 aparat Intrafix SafeSet firmy B.Braun o dł. 210 cm przezroczysty z dodatkowym portem iniekcyjny w postaci zastawki antyzwrotnej lub bursztynowy o dł 180 cm bez zastawki. Katalog poglądowy w załączeniu.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza bursztynowy o dł. 180 cm bez zastawki.***

**Pytanie nr 71:**

1.W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35°C, igieł, cewników, zgłębników 5-37°C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40°C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań w tym zakresie.***

**Pytanie nr 72:**

2. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań w tym zakresie.***

**Pytanie nr 73:**

3. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań w tym zakresie.***

**Pytanie nr 74:**

4. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań w tym zakresie.***

**Pytanie nr 75:**

Część nr 13, poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję, co umożliwi producentowi podkładów higienicznych złożenie konkurencyjnej oferty?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 76:**

Część nr 13, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści podkłady z wkładem z pulpy celulozowej, bez superabsorbentu, jednak o wyższej niż wymagana chłonności, tj. 2000 ml, rozm. 60x90 cm, bez przylepców, ale z warstwą spodnią wykonaną z perforowanej, antypoślizgowej folii? Żaden ze szpitali w warunkach bloku operacyjnego nie używa podkładów z przylepcami- zostawiają klej na stole trudny do usunięcia. Dopuszczenie ww. podkładu umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 77:**

Część nr 24 poz. 1

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając podkładów 12 warstwowych? Obecnie produkowane podkłady składają się z warstwy spodniej - folii, wkładu chłonnego z pulpy celulozowej i warstwy wierzchniej – włókniny.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający informuje również, że dopuszcza podkłady składające się z w/w warstw.***

**Pytanie nr 78:**

Część nr 24, poz. 1

Obecnie Zamawiający kupuje podkłady o chłonności 550 g. Czy Zamawiający dopuści podkłady o chłonności 550 g?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 79:**

Część nr 36, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze min. 5,8x8 cm? Z użytkowego punktu widzenia 2 mm nie ma przy plastrach znaczenia.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 80:**

Część nr 40, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania umożliwiający przeprowadzenie pełnej procedury cewnikowania o składzie:

Serweta podfoliowana w rozmiarze 50x60cm 1 szt.

Rękawice lateksowe M 2 szt.

Serweta podfoliowana z otworem 5 cm i rozcięciem w rozmiarze 50x60cm 1szt

Tupfer kula z gazy 17N w rozmiarze 20x20cm 6 szt.

Pęseta plastikowa do dezynfekcji skóry pacjenta 13 cm 1 szt.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardey blister z dwiema komorami ,które zastępuje pojemnik na płyn do dezynfekcji oraz miskę nerkowatą, z dwiema wklejkami typu TAG umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji medycznej.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 81:**

Część nr 40, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania umożliwiający przeprowadzenie pełnej procedury do cewnikowania o składzie :

Serweta podfoliowana w rozmiarze 75x45cm 1 szt.

Serweta podfoliowana z otworem 8 cm i przylepcem w rozmiarze 50x60cm 1 szt.

Rękawice nitrylowe w rozmiarze M 2 szt.

Tupfer kula 17N w rozmiarze 15x15cm 4szt

Kompresy z gazy, 17N, 8W w rozmiarze 7,5x7,5cm 5 szt.

Pęseta plastikowa do dezynfekcji skóry pacjenta 13 cm 1 szt.

Strzykawka wypełniona lubrykantem 6ml 1 szt.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardey blister z dwiema komorami ,które zastępuje pojemnik na płyn do dezynfekcji oraz miskę nerkowatą, z dwiema wklejkami typu TAG umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji medycznej.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 82:**

1.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2, 3 i 4 wzoru umowy kara umowna wynosiła 0,1% wartości zamówionej partii?

***Odp. Zamawiającego: zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 83:**

Część nr 10

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a' 100 szt?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem i wskazaniem jednostki miary za opakowanie.***

**Pytanie nr 84:**

Część 12

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w zakresie długości gumki?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie doszło do omyłki pisarskiej. Jest to długość gumki w stanie rozciągniętym.***



**Pytanie nr 85:**

Część 15

Czy Zamawiający wymaga fartuch o minimalnej gramaturze 20g/m<sup>2</sup> ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 86:**

Część 31 poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu bez zaczepu dla odłączonego drenu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 87:**

Część 31

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w zakresie numerów pozycji przy opisach dodatkowych pod pakietem?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie doszło do omyłki pisarskiej.***

**Pytanie nr 88:**

Część 31 poz. 6,9,11

Czy zamawiający wydzieli poz.6,9,11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym wymiernych korzyści finansowych?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 89:**

Dotyczy Części 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwód z powłoką antybakteryjną w postaci rur gładkich w środku. Warstwa PCV chroni dodatkowo przed gromadzeniem się kondensatu, co dodatkowo ogranicza rozwój bakterii.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 90:**

Dotyczy Części 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układy o długości rur 1.8m, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 91:**

Dotyczy Części 27 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane w całości z silikonu, z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym, w rozmiarach 1-5??

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 92:**

Dotyczy Części 27 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne profilowane bez zawartości PCV, z zaczepem kodowanym kolorystycznie?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 93:**

Dotyczy Części 27 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2m?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 94:**

Dotyczy Części 27 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści układ o długości 1.8m?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 95:**

Dotyczy Części 27 poz. 16 -17

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z PCV?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 96:**

Dotyczy Części 27 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, kompatybilną z MRI, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta, z luźnym drenem do napełniania mankieta, z zabezpieczeniem przed wklonowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 97:**

Dotyczy Części 27 poz. 3, 19-20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co zwiększy konkurencyjność składanych ofert?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 98:**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 7 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 7 ust. 2 wskazał: 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust. 1 pkt 1) lub godzinę (§ 3 ust. 1 pkt 2) zwłoki w dostawie.

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,2% za każdy dzień lub rozpoczętą godzinę uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia

Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,2% za jeden dzień lub rozpoczętą godzinę opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust 2 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,1% wartości.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 99:**

Dotyczy pakiet 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgiczne zawiązywanej na troki o długości 43cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 100:**

Dotyczy pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej jed. użytku trójwarstwowa, pełnobarierowa, na gumkę o dł. min. 45 cm, wysokiej jakości, niepowodująca podrażnień skóry wolna od mikrołuszków, spełniająca normę PN EN 14683 typ II (skuteczność filtracji bakterii > 98%, ciśnienie różnicowe < 36,6 Pa/cm<sup>2</sup>)

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 101:**

Dotyczy pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej na gumkę o długości około 40cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 102:**

Dotyczy pakiet 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu 4- warstwowego o rozmiarze 60x60, z wkładem chłonnym z rozdrobnionej celulozy, podfoliowany o chłonności min. 800 ml.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 103:**

Dotyczy pakietu 23

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 systemu podwieszania Altis zakładany techniką pojedynczego nacięcia, stosowany przy leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Elementy zestawu: 1. Syntetyczne, dziane, makroporowate podwieszenie podcewkowe o niskiej elastyczności, wykonane z monofilamentowego polipropylenu, połączone dwiema kotwami przy użyciu szwu z polipropylenu monofilamentowego. Długość 7.75cm. 2. Statyczna (nienaciągowa) oraz dynamiczna (naciągowa) kotwa

połączona z siatką szwem polipropylenowym. 3. Spiralne introduktory wykonane ze stali nierdzewnej klasy medycznej (igły) oraz poliwęglanu (rękojeść). Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, dostarczany w opakowaniu jednostkowym.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 2 zestawu przezżastonowy Aris stosowany do podtrzymania cewki moczowej przy chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Elementy zestawu: 1. Płaski zakrzywiony introduktor ze stali medycznej z uchwytem wykonanym z poliwęglanu oraz gumy polipropylenowej. 2. Para spiralnych introduktorów ze stali medycznej z uchwytami wykonanymi z poliwęglanu oraz gumy polipropylenowej. 3. Niewchłaniałna siatka wykonana z tkanego pojedynczego włókna polipropylenowego o równym brzegu. Parametry siatki: długość 60 cm, grubość 0.3 mm, gramatura 0.75 g/m, wytrzymałość na zerwanie do 86,5 N, średnica nici 0,08 mm, elastyczność 7.5% Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, dostarczany w opakowaniu jednostkowym.

**Odp. Zamawiającego:**

**Punkty 1 i 2- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 104:**

Dotyczy pakiety 27

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu w poz. 1 powłoki antybakteryjnej.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 2 układu dwururowego karbowanego o średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na lince, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezłateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 3 układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezłateksowy worek 1L.

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 3 układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury rozciągliwe w zakresie od 0,6 m do dł. 1,8 m, wykonane z polipropylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezłateksowy worek 0,5L

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 6 maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzą z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI.

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 12 układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezłateksowy worek 1L

7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 13 łącznika z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 15cm, z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, gładki w środku, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania o śr. 4 mm, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 15M lub 22M od strony maszyny

8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 15 układu oddechowego dwururowego - karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y.

9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 16 maski tlenowej do wysokiej koncentracji tlenu bez oddechu zwrotnego, z dwoma zaworami bocznymi, niskooporowy zawór zwrotny zapobiega wydychaniu do worka i zapewnia usuwanie wydychanych gazów, maska wydłużona pod brodę, z rezerwuarem tlenu, pojemność worka 1 L, anatomiczny kształt maski, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do

mocowania z możliwością regulacji długości, obrotowy łącznik dostosowuje maskę do pozycji pacjenta, atraumatyczny mankiet maski, dren tlenowy dł. 2.1m

10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 17 maski tlenowej do wysokiej koncentracji tlenu z oddechem zwrotnym, bez zaworów, otwarta, z rezerwuarem tlenu, pojemność worka 0,6 L, anatomiczny kształt maski, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, obrotowy łącznik dostosowuje maskę do pozycji pacjenta, atraumatyczny mankiet maski, dren tlenowy dł. 2.1m

11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 19 raz 20 rur oddechowych o długości 6m.

**Odp. Zamawiającego:**

**Punkty 1-8 oraz 11- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Natomiast dla punktów 9 i 10- Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 105:**

Dotyczy pakietu 31

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 4 linii infuzyjnej bursztynowa o długości ok. 186 cm do podawania cytostatyków z 1 bocznym portem bezigłowym nad komorą kroplową do podłączenia pojemnika z lekiem. W dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięcia, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku do drenu. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatraskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu. Dren z poliuretanu.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 106:**

Dotyczy pakietu 32

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc system powinien posiadać badania kliniczne, ma na myśli badania kliniczne potwierdzające czas stosowania do 29 dni.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że tak.**

**Pytanie nr 107:**

Dotyczy pakiet 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, chłonnego podkładu medycznego ROZMIAR: 43 x 61 cm, Chłonność: 300-350 ml; Gramatura: 22 g

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 05.08.2022r.**

Z-CA KIEROWNIKA  
Działu Zakupów  
i Zamówień Publicznych  
Agnieszka Kuklińska - Znamirowska