



Słupsk, dnia 12.08.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego”- nr postępowania 63/PN/2022.

Na podstawie **art. 135 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy Załącznika - Zestawienie parametrów technicznych. Część nr 2 – Aparat USG typ I, dotyczy punktu 67 tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający głowicę liniową z regulowaną głębokością penetracji do 28 cm?

Odp. Zamawiającego: Tak.

2. **Część nr 1 – Aparat RTG z ramieniem C. Opis przedmiotu zamówienia**

Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących kołpaka lampy/monobloku generatora, tj. czy w związku z przeznaczeniem aparatu do pracy w środowisku Bloku Operacyjnego, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z zamkniętą obudową kołpaka lampy oraz monoblok bez wentylatora i otworów w obudowie kołpaka lampy, w celu uniknięcia potencjalnego nawiewu zanieczyszczeń w obręb pola operacyjnego?

Odp. Zamawiającego: Tak.

3. **Dotyczy zapisów SWZ**

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, opisach, specyfikacjach technicznych z danymi, oświadczeniem Wykonawcy lub autoryzowanego przedstawiciela producenta zaoferowanego aparatu?

Pragniemy zaznaczyć, że z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

4. **Pytanie nr 3 - Wykonawca zwraca się o zmianę §2 ust. 6 projektowanych postanowień umowy z treści :**

„Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych w trakcie transportu, montażu lub instalacji w terminie nie przekraczającym czasu przewidzianego na wykonanie całości przedmiotu umowy.”,

na treść:

*„Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych w trakcie transportu, montażu lub instalacji w terminie nie przekraczającym czasu przewidzianego na wykonanie całości przedmiotu umowy, **jeżeli szkody te powstały z winy Wykonawcy.**”*

Uzasadnienie:

Odpowiedzialności odszkodowawcza Wykonawca winna być zawężona jedynie do okoliczności za które ponosi odpowiedzialność (wina).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Pytanie nr 4 - Wykonawca zwraca się o zmianę §3 ust. 1 projektowanych postanowień umowy z treści :

„Za termin wykonania warunków umowy uważany będzie dzień podpisania protokołu odbioru całości zadania przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną bez uwag (wzór protokołu stanowi załącznik do umowy).”

na treść:

*„Za termin wykonania warunków umowy uważany będzie dzień podpisania protokołu odbioru całości zadania przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną bez **istotnych** uwag (wzór protokołu stanowi załącznik do umowy).”*

Uzasadnienie:

Zmiana dotyczy zmiany sformułowania "istotnych uwag". Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu dotkniętego jedynie wadą istotną (przykładowo wyrok SA w Szczecinie z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt: I ACa 1099/15, wyrok SN z dnia 9 października 2003 roku, sygn. akt: I CK 137/02). W takich zatem uwarunkowaniach bez podstawy prawnej byłoby działanie zamawiającego, który wstrzyma podpisanie protokołu końcowego odbioru z uwagi na pojawienie się wad (usterek), a co za tym idzie uwag o charakterze nieistotnym.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Pytanie nr 5 - Wykonawca zwraca się o zmianę §3 ust. 5 projektowanych postanowień umowy z treści :

„Odbiór całościowy potwierdzony zostanie w pisemnym protokole odbioru. Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do odmowy podpisania protokołu odbioru, jeżeli przedmiot umowy będzie miał wady.”

na treść:

*„Odbiór całościowy potwierdzony zostanie w pisemnym protokole odbioru. Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do odmowy podpisania protokołu odbioru, jeżeli przedmiot umowy będzie miał **istotne** wady.”.*

Uzasadnienie:

Zmiana dotyczy zmiany sformułowania "istotne wady" – uzasadnienie jak do pkt 2 powyżej.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Pytanie nr 6 - Wykonawca zwraca się o zmianę §4 ust. 4 projektowanych postanowień umowy z treści:

„Jeżeli podczas odbioru okaże się, że wadliwe są części składowe lub cały dostarczony przedmiot zamówienia, to odpowiednio, wadliwe części składowe przedmiotu zamówienia lub cały przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie 14 dni.”

na treść:

*„Jeżeli podczas odbioru okaże się, że wadliwe są części składowe lub cały dostarczony przedmiot zamówienia, **co uniemożliwia jego prawidłowe użytkowanie**, to odpowiednio, wadliwe części składowe przedmiotu zamówienia lub cały przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie 14 dni.”.*

Uzasadnienie:

Zmiana dotyczy sformułowania „co uniemożliwia jego prawidłowe użytkowanie” – uzasadnienie jak do pkt 2 powyżej. Wady o charakterze nieistotnym, które nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem nie mogą stanowić podstaw do całościowej wymiany tegoż przedmiotu; stanowiłoby nadmierne pokrzywdzenie Wykonawcy – świadczenie niewspółmierne.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Pytanie nr 7 - Wykonawca zwraca się o zmianę §4 ust. 6 projektowanych postanowień umowy z treści :

„Wykonawca w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji dostarczy zamienny, pozbawiony wad i braków, element takiego samego towaru bez wad, na swój koszt i ryzyko. Towar zamienny podlega odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.”

na treść:

*„Wykonawca w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji dostarczy **naprawiony lub** zamienny, pozbawiony wad i braków, element takiego samego towaru bez wad, na swój koszt i ryzyko. Towar zamienny podlega odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.”.*

Uzasadnienie:

Wykonawca w pierwszej kolejności winien mieć możliwość dokonania naprawy wadliwego elementu – zgodnie z trybem określonym przez §4 ust. 10 projektowanych postanowień umowy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Pytanie nr 8 - Wykonawca zwraca się o zmianę §5 ust. 2 projektowanych postanowień umowy z treści :

„Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po wykonaniu wszystkich obowiązków Wykonawcy i podpisaniu protokołu odbioru całości zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1, bez uwag.”,

na treść:

*„Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po wykonaniu wszystkich obowiązków Wykonawcy i podpisaniu protokołu odbioru całości zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1, bez **istotnych** uwag.”.*

Uzasadnienie:

Zmiana dotyczy zmiany sformułowania "istotne uwagi" – uzasadnienie jak do pkt 2 powyżej.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Pytanie nr 9 - Wykonawca zwraca się o usunięcie §6 ust. 4 projektowanych postanowień umowy

jako nieadekwatnego w zakresie przedmiotowej dostawy.

Uzasadnienie:

W ramach umowy nie będą odbywały się sukcesywne dostawy zamówionego towaru jak treściowo wynika z §6 ust. 4 projektowanych postanowień umowy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy § 6 ust. 4.

11. Pytanie nr 10 - Wykonawca zwraca się o zmianę §6 ust. 12 projektowanych postanowień umowy z treści :

„Za niewykonanie umowy strony uważają w szczególności niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy, dostarczenie go z wadami uniemożliwiającymi podpisanie protokołu odbioru bez uwag lub w niekompletnym stanie.”,

na treść:

*„Za niewykonanie umowy strony uważają w szczególności niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy, dostarczenie go z wadami uniemożliwiającymi podpisanie protokołu odbioru bez **istotnych** uwag lub w niekompletnym stanie.”.*

Uzasadnienie:

Zmiana dotyczy zmiany sformułowania "istotne uwagi" – uzasadnienie jak do pkt 2 powyżej.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Część nr 1 – Aparat RTG z ramieniem C. Warunki gwarancji i serwisu

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy zgłoszenia serwisowe w godzinach poza godzinami pracy serwisu (dni robocze z wyłączeniem sobót i dni świątecznych, w godz. 8:00- 18:00) odbywają się drogą mailową, a użytkownik jest informowany na bieżąco (mailowo lub telefonicznie) o stanie zgłoszenia przez dedykowanego opiekuna zgłoszenia?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 12.08.2022 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak