



Słupsk, dnia 13.09.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora markerów kardiologicznych oraz dzierżawą analizatora parametrów krytycznych” - nr postępowania 72/PN/2022

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Dot.: Część IV.II zadanie 1 i 2 – Opis przedmiotu zamówienia (72/PN/2022) pkt.2.

Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż, instalację, uruchomienie, integrację z LSI Zamawiającego oraz szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji analizatorów.

Jeśli Wykonawca w celu realizacji podłączenia aparatów do systemu LSI wykorzysta system pośredniczący to czy Zamawiający:

A) Udostępni zasoby serwerowe spełniającej min. wymogi techniczne:

- CPU: Quad core 3 GHz lub większy
- RAM: 16 GB lub więcej
- Dysk: 100 GB lub więcej
- Sieć: 100 Mbps lub więcej

Na potrzeby instalacji systemu pośredniczącego?

B) Czy Zamawiający udostępni system operacyjny do serwera z pytania A): Microsoft Windows Server 2019, Standard lub Datacenter lub Microsoft Windows Server 2016, Standard lub Datacenter?

Jeśli nie, to Wykonawca dostarczy licencję Microsoft Windows Server 2019, dla serwera o fizycznych parametrach jak w pyt A) tj. dla CPU Quad core 3 GHz (do 16 core).

C) Czy, zważając na sytuację pandemiczną oraz potrzebę zapewnienia wsparcia serwisowego, Zamawiający udostępni zdalny dostęp (VPN) do sieci Zamawiającego w zakresie potrzebnym do instalacji, wdrożenia i sprawowania serwisu systemu pośredniczącego dla wskazanych przez Wykonawcę pracowników?

Odp. Zamawiającego:

A) Zamawiający udostępni maszynę wirtualną o wskazanych parametrach.

B) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia oprogramowania Windows Server 2022 STD.

C) Zamawiający posiada własną platformę dla serwisantów i przydziela dostęp osobom wskazanym w załączniku do umowy (imienna lista serwisantów zawierająca imię, nazwisko, tel. adres email).

Pytanie nr 2:

Dotyczy: część IV.II zadanie 1 i 2 , parametry techniczne strzykawk w punkcie nr 5 zamawiający wymaga objętość próbki: 0,7 mL – 1,7 mL.

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 1 mL spełniające jednocześnie pozostałe postawione w tym zadaniu wymagania?.

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Dotyczy: Część III „Wzór umowy” - § 5 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostarczony towar posiada okres ważności 3 miesiące od dnia jego dostawy dla części nr 2 oraz 9 miesięcy od dnia jego dostawy dla części nr 1?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Powyzsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 13.09.2022 r.


KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak