



Słupsk, dnia 19.10.2022 r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”- nr postępowania 82/PN/2022**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Część 17

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 17 w poz. od 1 do 5 watek neurochirurgicznych o chłonności 8,46 krotnej wagi suchego wacika ?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 2:**

Część 17

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 17 watek neurochirurgicznych o rozmiarach:

poz.1 – 12x12mm

poz. 2 –19x152 mm

poz.5 – 40x70mm

gdzie w opakowaniu zbiorczym jest 20 pakietów , z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 3:**

Część 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 16 wapna sodowanego o poziomie pylenia (< 0,5mm) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4% , absorpcji CO2 w min. 130 l/kg ,w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)2 82,50%, NaOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%, o gramaturze 5 kg w ilości 63 opakowań ?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 4:**

Część nr 11, poz 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do przeprowadzenia metodą in-out oraz out-in

Parametry:

1. System całkowicie jednorazowy, sterylny
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma:

- Długość – 420 mm
  - Szerokość – 13 mm
  - Grubość – 0,51 mm
  - Gramatura – 90 g/m<sup>2</sup>
  - Rozmiar porów – 500-1000
  - Rozmiar włókna (średnica) – 0,14 mm
3. Taśma o brzegach ciętych laserowo oraz dodatkowo w powłoce ochronnej – minimalizujące tarcie i uszkodzenia tkanki w trakcie implantacji
  4. System 2 jednorazowych igieł, wykonanych ze stali nierdzewnej, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i helikalnym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną.
  5. Taśma zawiera płytkę do właściwego jej pozycjonowania, z możliwością jej usunięcia
  6. Dołączona prowadnica ze wskaźnikiem położenia (tzw. „motylek”) w celu ochrony cewki moczowej
  7. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte, metodą out-in oraz in-out.
- Oferowany wyrób medycznych jest z powodzeniem stosowany przez Zamawiającego.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 5:**

Część nr 11, poz 2

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do przeprowadzenia metodą inside-out z dostępu załonowego.

Parametry:

1. System całkowicie jednorazowy, sterylny
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma „Tension Free”:
  - Długość – 319 mm
  - Szerokość – 13 mm
  - Grubość – 0,5 mm
  - Gramatura – 90 g/m<sup>2</sup>
  - Klasyfikacja AMIDA – TYP 1
3. Taśma o brzegach ciętych laserowo oraz dodatkowo w powłoce ochronnej PTFE połączona z plastikowymi osłonkami na prowadnicę koloru zielonego, które kontrastują podczas cystoskopii
4. Jednorazowa prowadnica o średnicy 3,6 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, charakteryzująca się ergonomicznym projektem plastikowego uchwytu ze wskaźnikiem położenia i profilowana do przejścia załonowego
5. Atraumatyczny koniec prowadnicy w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń otaczających tkanek i naczyń krwionośnych podczas implantacji taśmy
6. Taśma zawiera płytkę do właściwego jej pozycjonowania, z możliwością jej usunięcia
7. Implantacja z dostępu załonowego metodą inside-out

Oferowany wyrób medycznych jest z powodzeniem stosowany przez Zamawiającego.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy części nr 21 poz. 3

Czy ze względu na zmianę przez producenta wymiarów produkowanych koców Zamawiający dopuści koc jednorazowego użytku o wymiarach 2270x1330mm, na całe ciało

pacjenta dorosłego, perforowany w sposób umożliwiający równomierny przepływ powietrza przy współpracy z ogrzewaczem Mistral-Air, materiał nietkany, nie zawierający lateksu oraz przezierny dla promieni RTG, bez konieczności usuwania z ciała pacjenta?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7:**

Czy w Części nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści nić nylonową 10/0 z igłą o długości 6,0mm lub 6,5mm – pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8:**

Czy w Części nr 2 poz. 2 Zamawiający dopuści nić nylonową 9/0 z igłą o dł. 5,5mm i krzywiźnie 7/16 koła lub z igłą o długości 6,0mm i krzywiźnie 3/8koła?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9:**

Część 18

Prosimy o możliwość wyceny opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania a`10 sztuk.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy części nr 17

Czy Zamawiający dopuści watki neurochirurgiczne wykonane ze sprasowanego, sztucznego jedwabiu, zapewniającego naturalną miękkość, plastyczność i absorpcyjność jedwabiu naturalnego, posiadające znacznik RTG przez całą długość tamponu (wacika) oraz nitkę nie wszywaną, co skutecznie zmniejsza ryzyko jej zerwania. Odporny na strzępienie i rozciąganie zarówno w stanie wilgotnym jak i suchym dzięki specjalnemu systemowi utkania włókien. Pakowane sterylnie. W pakiecie 10 szt., w opakowaniu zbiorczym 20 pakietów?

Rozmiary:

1. 13 x 13 mm
2. 13 x 152 mm
3. 19 x 19 mm
4. 25 x 25 mm
5. 76 x 76 mm

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 11:**

Czy zamawiający dopuści w części nr 1 zestaw do stymulacji rdzenia kręgowego, o następujących parametrach technicznych:

Elementy zestawu:

- 1) Wszczepialny stymulator rdzeniowy, 16 – kontaktowy, dwukanałowy, stałonapięciowy, nietładowalny, o pojemności baterii 6,3 amperogodziny i wadze 67 gram. Możliwość konfiguracji od 2 do 16 kontaktów elektrody, oraz ustawienia do 32 programów, w ramach 26 grup. Kompatybilny z badaniem rezonansem magnetycznym 1,5T całego ciała pacjenta, niezależnie od poziomu implantacji elektrody

- częstotliwość 2 - 130 Hz, z przyrostem o 5 Hz, w przedziale 10 do 130 Hz, oraz o 1 Hz, w przedziale 2 do 10 Hz,
- szerokość impulsu 60 - 450 us, z przyrostem o 10 us,
- amplituda 0 - 10,5 V, z przyrostem o 0,1 lub 0,05 V

Bezprzewodowy programator pacjenta, elektroda chirurgiczna 16 - kontaktowa, trzyczęściowa, lub elektroda przezskórna 8 - kontaktowa, łączniki, kabel screeningowy

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 12:**

Pytanie wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik numer - część nr III do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych:

„Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 13:**

Czy Zamawiający w Części nr 23 poz. 1 - 7 dopuści:

kaniulę dożylną z portem cewnik wykonany z FEP, koreczek portu bocznego domykany standardowo, cewnik posiadający dwa paski kontrastujące w promieniach RTG, przezroczysta komora kontrolna z hydrofobowym filtrem, skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, kodowanie kolorystyczne zgodne z normą ISO. Rozmiary zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 14:**

Czy Zamawiający w Części nr 23 poz. 11 - 20 dopuści:

bezpieczną kaniulę dożylną z portem, cewnik wykonany z poliuretanu, koreczek portu bocznego samodomykający się, z automatycznie aktywującym się plastikowym /metalowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, cewnik posiada 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG, przezroczysta komora kontrolna z hydrofobowym filtrem pełniącym funkcję zastawki, skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, kodowanie kolorystyczne zgodne z normą ISO. Rozmiary zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 15:**

Czy Zamawiający w Części nr 23 poz. 22 dopuści rozmiar 23G 0,60x19mm?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 16:**

Czy Zamawiający w Części nr 23 poz. 8 dopuści:

Bezigtowy port do zabezpieczenia dostępow naczyńowych dla dorosłych z silikonową przezroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer – Lock (pojedynczy zawór), wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,085 ml, przepływ 312 ml/min; sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy i cytostatyki, okres stosowania do 7 dni lub 600 aktywacji.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 17:**

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Chłonność 1177 ml?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 18:**

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Chłonność 1177 ml?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 19:**

Pakiet 12 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z igłą biorczą bez osłonki, z pochewką na igłę w zacisku rolkowym?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 20:**

Pakiet 12 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z komorą kroplową o długości 55mm w części przezroczystej?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 21:**

Pakiet 12 pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wktucie w pojemniki z płynami?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 22:**

Pakiet 12 pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwą producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu.

**Pytanie nr 23:**

Pakiet 12 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bursztynowy z komora kroplowa z pcv?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 24:**

Pakiet 12 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bursztynowy z komorą o długości 55mm w części przezroczystej?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 25:**

Pakiet 12 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bursztynowy z drenem 150cm?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 26:**

Pakiet 12 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji z filtrem do krwi o wielkości oczek 200um?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 27:**

Pakiet 12 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji bez skali ocz?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 28:**

Pakiet 12 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji bez kraniku trójdrożnego? Zdjęcie podglądowe poniżej.



**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 29:**

Pakiet 12 pozycja 6, 9,11

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie powyższych pozycji, co pozwoli nam na złożenie



konkurencyjnej oferty?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 30:**

Pakiet 12 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCZ z filtrem o wielkości oczek 15um?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 31:**

Pakiet 12 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści aparat do infuzji z regulatorem bez zastawki antyrefluksowej?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 32:**

Pakiet 23 pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z FEP?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 33:**

Pakiet 23 pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści kaniule z zastawką zabezpieczającą przed wypływem krwi po wprowadzeniu do naczynia?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 34:**

Pakiet 23 pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści kaniule zakończona koreczkiem luer lock z trzpieniem powyżej krawędzi?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 35:**

Pakiet 23 pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści kaniule o wymiarach i przepływie:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
26 x 3/4"	0,6 x 19	fioletowy	17
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	56
18 x 1 3/4"	1,3 x 45	zielony	90
17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 3/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 36:**

Pakiet 23 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy bez automatycznego zamknięcia? Dla przykładu zdjęcie podglądowe.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 37:**

Pakiet 23 pozycja 11-17

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne o przepływach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1 3/4"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 3/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 38:**

Pakiet 23 pozycja 11-17

Czy Zamawiający dopuści kaniule zakończona koreczkiem luer lock z trzpieniem powyżej krawędzi?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 39:**

Pakiet 23 pozycja 11-17

Czy Zamawiający dopuści kaniule z samodomykającym się koreczkiem portu górnego?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 40:**

Pakiet 23 pozycja 18-20

Czy Zamawiający dopuści kaniule z portem górnym, bez wbudowanej zastawki?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.



**Pytanie nr 41:**

Pakiet 23 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści kaniule 22G 0,9x25?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 42:**

Pakiet 23 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G 1,3x45?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 43:**

Pakiet 23 pozycja 21

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie powyższej pozycji, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 44:**

Czy Zamawiający dopuści igłę motylek o rozmiarze 23G 0,6x19mm?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 45:**

Część nr 6

Czy Zamawiający dopuści podkłady o minimalnie mniejszej chłonności tj. 1250 g? Tak niewielka różnica w chłonności nie wpływa na walory użytkowe podkładu. Pozostałe zgodnie z wymogami.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 46:**

Część nr 7

Czy Zamawiający dopuści podkłady o minimalnie mniejszej chłonności tj. 1600 g? Tak niewielka różnica w chłonności nie wpływa na walory użytkowe podkładu. Pozostałe zgodnie z wymogami.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 47:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2, 3 i 4 wzoru umowy kara umowna wynosiła 0,1% wartości zamówionej partii?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 48:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2, 3 i 4 wzoru umowy kara umowna wynosiła 0,1% wartości zamówionej partii?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 49:**

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 50:**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 50:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej a niedostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) lub godzinę (§ 3 ust 1 pkt 2) zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej a niedostarczonej partii towaru.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w utworzeniu banku, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieutworzonego banku

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 51:**

Część 28

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zamykający z prostą główką, długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia 8 wystrzałów ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 52:**

Część 28

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera zamykającego tnącego, opisanego w pytaniu do poz. 1, do tkanki grubej?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 53:**

Część 28

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o dł. linii szwu 30mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada jedną dźwignię zamykająco- spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia)?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 54:**

Poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, , jednorazowy automatyczny stapler liniowy posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową, pozostałe parametry wg SWZ?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 55:**

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, ładunki pakowane pojedynczo?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 56:**

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego na poniższy:

„Dostarczania przedmiotu zamówienia pod wskazany adres Apteki Szpitalnej Zamawiającego, cyklicznie wg. rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w terminie do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia”?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 57:**

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego na poniższy:

„Zamawiający zastrzega, że minimalny poziom zamówienia wyniesie 70% wartości zamówienia”?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 58:**

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego na poniższy:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy w przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn produktów stanowiących przedmiot zamówienia, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą różnicy pomiędzy faktycznymi cenami zakupu a cenami

ustalonym na podstawie niniejszej umowy, zachowując prawo do naliczania kar umownych”?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 59:**

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego na poniższy:

„W razie zwłoki w realizacji dostaw przekraczających co najmniej 4 dni robocze termin, o którym mowa w § 3 ust 1 pkt 1 lub pkt 2 umowy, Zamawiający po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą różnicy pomiędzy faktycznymi cenami zakupu a cenami ustalonym na podstawie niniejszej umowy, zachowując prawo do naliczania kar umownych. Dotyczy to również sytuacji, gdy z powodu braku kompatybilności dostępnych na rynku wyrobów zamiennych, zachodzi konieczność zakupu również tej części produktów, które zostały już dostarczone, a nie mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego z tego powodu”?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 60:**

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego na poniższy:

„Wykonawca oświadcza, iż dostarczony towar posiada okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia jego dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia z terminem przydatności do użycia krótszym niż 9 miesięcy tylko w przypadku uzyskania przez Wykonawcę zgody Zamawiającego”?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 61:**

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego na poniższy:

„Jeżeli Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego asortymentu nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona”?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 62:**

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy;

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze, bądź będzie je realizował w formie: przedpłata”?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 63:**

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego na poniższy:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3% wartości niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca”?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 64:**

Pytanie 9

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego na poniższy:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) lub godzinę (§ 3 ust 1 pkt 2) zwłoki w dostawie”?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 65:**

Pytanie 10

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego na poniższy:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości”?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 66:**

Pytanie 11

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego na poniższy:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy”?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 67:**

Pytanie 12

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego na poniższy:

„Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 68:**

Czy zamawiający dopuści w Części nr 11, poz. 1:

system do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet składający się z: taśma polipropylenowa, monofilamentowa, jednorodna, niewchłaniająca, z plastikową osłonką (brak osłonki w środku na odcinku min. 2 cm), długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 250-2314  $\mu\text{m}$ , grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne zwężenia na końcach taśmy, na środku znajdują się znaczniki ułatwiające pozycjonowanie podczas zabiegu, bez wypustki środkowej oraz 2 szt. igieł wielorazowego użytku spiralnych/L+P/, ze stali chirurgicznej?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 69:**

Czy zamawiający dopuści w Części nr 11, poz. 2:

system do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet składający się z: taśma polipropylenowa, monofilamentowa, jednorodna, niewchłaniająca, z plastikową osłonką (brak osłonki w środku na odcinku min. 2 cm), długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 250-2314  $\mu\text{m}$ , grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne zwężenia na końcach taśmy, na środku znajdują się znaczniki ułatwiające pozycjonowanie podczas zabiegu, bez wypustki środkowej oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do metody załonowej?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 70:**

Dotyczy pakietu nr 13 poz. nr 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z możliwością regulacji w trzech zakresach tzn.:

16G x 20 - 40 /65mm

16G x 35 - 55 /80mm

lub

16G x 55 - 75 /100mm

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 71:**

Dotyczy pakietu nr 13 poz. nr 1 i2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania igły z pięcioma krawędziami tnącymi (koronka) jako równoważnej do wymaganej z dwoma żłobieniami, które posiadają tylko dwie krawędzie tnące. Pięć krawędzi tnących gwarantuje znacznie skuteczniejszą penetrację kości.

Wszystkie pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.



**Pytanie nr 72:**

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej.

Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 73:**

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 16

Czy Zamawiający dopuści wapno sodowane w kształcie porowatych pałeczek o średnicy 3 mm, absorbujące w przedziale 120-180 litrów CO<sub>2</sub>/1 litr w zależności od intensywności użytkowania, szybkości przepływów środków anestetycznych, ich rodzaju oraz rodzaju zabiegów operacyjnych; które zawiera w swoim składzie 97% wodorotlenku wapna, 3% wodorotlenku sodu, 13-17% wody?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 74:**

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 16

Czy Wymagane wapno ma być wapnem dopuszczonym przez farmakopee brytyjską i amerykańską z potwierdzającym pismem od producenta?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 75:**

Część 12, poz. 3,4,

Czy zamawiający wydzielili poz.3,4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 76:**

Część 12, poz. 3

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 77:**

Część 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zacze pu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 78:**

Część 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 79:**

Część 12, poz. 3

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 80:**

Czy zamawiający dopuści przyrząd z drenem o dł. 150 cm?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 81:**

Część 12, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zacze pem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 82:**

Część 12, poz. 5

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 83:**

Część 12, poz. 5

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 84:**

Część 12, poz. 5

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 85:**

Część 12, poz. 4

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 86:**

Część 12, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 87:**

Część 12, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 88:**

Część 12, poz. 4

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 89:**

Część 12, poz. 4

Czy zamawiający dopuści przyrząd z drenem o dł. 150 cm?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 90:**

Prosimy o dopuszczenie przyrządu IS z poz. 4 bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż dodatkowy port prowadzi do przerwania ciągłości systemu zamkniętego a więc jest to

dodatkowe i potencjalne źródło zakażenia . Dodatkowo podczas podawania gotowych roztworów płynów i leków może dojść do zmieszania substancji i powstania trudnych do przewidzenia reakcji chemicznych, ponadto podczas wprowadzania leku może dojść do jego niekontrolowanego rozcieńczenia.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 91:**

Pakiet 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładów o wymiarach warstwy absorpcyjnej 50x80 cm przy rozmiarze całkowitym 60x90 cm (zgodnie z wymaganym minimum), pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 92:**

Pakiet 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładów o wymiarach warstwy absorpcyjnej 50x80 cm przy rozmiarze całkowitym 60x90 cm (zgodnie z wymaganym minimum) oraz chłonności na poziomie 1600 ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 93:**

Pakiet 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładów chłonnych min. 4. warstwowy jednorazowy, warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 1800-2300 g, potwierdzona przez producenta; rozmiar 58 x 90 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 50 x 81 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 94:**

DOTYCZY PAKIETU 26 POZ. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego systemu zamkniętego do ręcznej irygacji podczas zabiegów ureteroskopii z owalną pompką, zapewniający możliwość pracy przy wykorzystaniu dwóch przepływów: ciągły regulowany przez ciśnienie hydrostatyczne oraz wymuszony siłą przyłożoną. Linia posiada dwie zastawki antyzwrotny oraz przetłacznik InLine Flow zapewniający pełną kontrolę irygacji. Maksymalna objętość bolusa 20ml. Dostarczany w zestawie z dodatkową linią Luer Lock o dł. 60cm. Produkt sterylny.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 95:**

Dotyczy Pakiet nr 28

Uprzejmie prosimy o wskazanie jakiej wielkości opakowania Zamawiający wymaga w poz. 2?

**Odp. Zamawiającego:**

W części nr 28 poz. 2 Zamawiający wymaga opakowania z ilością 6 sztuk. Zamawiający informuje, że odpowiednia zmiana zostanie naniesiona w SWZ.

**Pytanie nr 96:**

Dotyczy Pakiet nr 28

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści „Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwi 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzałów podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej (o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm) lub ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej (o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm). Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzału zszywek (3szt./op.). (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia)”?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 97:**

Dotyczy Pakiet nr 28

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści „ładunek w kolorze zielonym do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm) lub do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm). Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzału zszywek (6szt./op.) (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia)”?

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 98:**

Dotyczy Pakiet nr 28

Ze względu na wielkość opakowania handlowego oferowanego przez Zamawiającego (12 szt w opakowaniu), zwracamy się prośbą o zwiększenie do 12 sztuk wielkości objętej depozytem dla pozycji nr 5.

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Ponadto:**

Zamawiający mając na uwadze **art. 137 ust. 5 Ustawy**, w związku z udzielonymi odpowiedziami informuje o zamiarze zmiany SWZ oraz o zamiarze zmiany terminu składania ofert, tym samym zmianie ulegnie termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Dodatkowo Zamawiający informuje, że udostępni zmianę treści SWZ na stronie prowadzonego postępowania po opublikowaniu ogłoszenia o sprostowaniu z wyjątkiem przypadku gdy Zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 19.10.2022 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

  
Piotr Feszak