



Słupsk, dnia 08.11.2022 r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu medycznego – postępowanie nr 89/PN/2022**

Na podstawie art. 135 ust. 6 – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy pakietu 4. Fotel do dializ – 10szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ wyposażony w pilot przewodowy umożliwiający sterowanie:

- wysokość siedziska (górze/dół);
- kąt nachylenia segmentu siedziska (górze/dół);
- kąt nachylenia segmentu nóg (górze/dół);
- kąt nachylenia segmentu pleców (górze/dół);
- pozycja Trendelenburga;
- pozycja anty-Trendelenburga;

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy pakietu 4. Fotel do dializ – 10szt. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ bez funkcji opisanych w punkcie nr 7?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy pakietu 4. Fotel do dializ – 10szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ, którego wysokość siedziska regulowana jest elektrycznie w zakresie: od 500 do 748mm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy pakietu 4. Fotel do dializ – 10szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ z centralną blokadą kół, wyposażony w koła o średnicy 125mm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy pakietu 4. Fotel do dializ – 10szt. Pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ bez dodatkowego podnóżka w segmencie nożnym?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy pakietu 4. Fotel do dializ – 10szt. Pkt. 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ, którego leże oparte jest na dwóch kolumnach prostopadłościennych?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy pakietu 4. Fotel do dializ – 10szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia fotela wykonane ze stali nierdzewnej, zlokalizowane w tylnej części oparcia pleców?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 8:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt.

1. Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada panel dotykowy kolorowy o przekątnej 10" i rozdzielczości 1280x800, zamontowany na wózku z ramieniem C z możliwością obrotu? Monitor dotykowy umożliwi sterowanie funkcjami systemu, podgląd skopi live oraz ustawianie przesłon za pomocą przesuwu palca.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 9:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego moc generatora RTG wynosi 2,5 kW?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 10:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt.

18 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii 110kV/110kV? Różnica pomiędzy parametrem wymaganym a oferowanym jest niewielka.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 11:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt.

19-20 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej 25 mA, natomiast maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej 20 mA?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 12:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt.

22-25 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada lampę z anoda stacjonarną o wielkości ognisk: 0,6 mm (małe) i 1,4 mm (duże)?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 13:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt.

26-28 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C,

którego cieplna anody wynosi 76 KHU, pojemność cieplna kotpaka wynosi 900 KHU, natomiast szybkość chłodzenia anody wynosi 37 KHU/min.?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego kotpak chłodzony jest za pomocą powietrza, rozwiązanie to jest wystarczające dla zapewnienia ciągłości pracy aparatu.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C w którym przesłony nie dostosowują się automatycznie do prześwietlonego obrazu? W oferowanym aparacie przesłony są ustawiane manualnie.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada przesłony szczelinowe używane tylko symetrycznie? Rozwiązanie przesłon używanych symetrycznie jest nie tylko łatwiejsze ale również wystarczające dla użytkownika w określeniu obszaru do prześwietlenia. Rozwiązanie przesłon używanych asymetrycznie może znacznie opóźnić uzyskanie idealnego obszaru przez użytkownika.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt. 36, 38-39 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat ze płaskim detektorem cyfrowym wykonanym w technologii CMOS o rozmiarze 21x21 cm oraz rozdzielczości 1536x1496? Oferowane rozwiązanie przewyższa wymagania Zamawiającego, gdyż oferujemy aparat z detektorem cyfrowym.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt. 36, 38-39 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat ze płaskim detektorem cyfrowym wykonanym w technologii CMOS o rozmiarze 31x31 cm oraz rozdzielczości 1548x1524? Oferowane rozwiązanie przewyższa wymagania Zamawiającego, gdyż oferujemy aparat z detektorem cyfrowym.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który nie posiada takiej funkcji? Oferowany aparat umożliwia ergonomiczną i sprawną pracę bez potrzeby dokonywania zmian ustawień w trakcie trwania procedury przez personel

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który jest rozwiązaniem kompaktowym, jednoelementowym gdzie monitory znajdują się na jednym wózku wraz z ramieniem C? Oferowane rozwiązanie zapewnia oszczędność miejsca na bloku operacyjnym oraz łatwość przemieszczania się pomiędzy salami.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 21:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt. 42, 44 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada wyższej klasy 1 monitor kolorowy medyczny o przekątnej 27" dzielony na dwa ekrany, o rozdzielczości 3840x2160, zgodny z krzywą Dicom, z możliwością prezentacji jednocześnie obrazu żywego i referencyjnego w naturalnej wielkości? Parametr oferowany przewyższa wymagania Zamawiającego, jest to monitor medyczny w technologii 4K.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 22:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt. 49 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który posiada 1 kolorowy monitor zamontowany na ramieniu przegubowym na wózku z ramieniem C. Ramię przegubowe umożliwia obrót 210° na ramie głównej, obrót 180° w środku ramienia oraz obrót wyświetlacza w zakresie 180°. Wyświetlacz jest widoczny ze wszystkich czterech stron stacji roboczej. Monitor nie jest składany jednak dzięki budowie ramienia przegubowego jest zabezpieczony na czas transportu.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 23:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który posiada klawiaturę wirtualną? W obecnych standardach wysokiej klasy aparatów RTG wykorzystuje się głównie klawiaturę wirtualną, ponieważ nie zajmuje ona miejsca na aparacie, a jest równie prosta w obsłudze.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 24:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt. 54 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada możliwość archiwizacji obrazów za pomocą USB w formacie bezstratnym: BMP, RAW, DICOM, umożliwiające odtworzenie na dowolnym komputerze bez specjalistycznego oprogramowania

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 25:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt 61 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który nie posiada pilota bezprzewodowego? Oferowany aparat posiada wielofunkcyjny programowalny włącznik nożny przewodowy z 5 trybami pracy z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i jest to standardowe wyposażenie aparatów tego typu. Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenia aparat w bezprzewodowy włącznik nożny. Zwracamy uwagę, że pedał oraz wyzwalacz ręczny są standardowym wyposażeniem

u czołowych producentów ramion C, natomiast wprowadzony wymóg ogranicza konkurencję.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 26:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt 63  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który posiada możliwość nagrywania zdjęć tylko na nośnik USB? Zgodnie z obecnymi standardami w wysokiej jakości aparatach RTG nie używa się już nośników DVD, ponieważ mają one zbyt małe pojemności jak również większość komputerów nie posiada stacji DVD gdzie można byłoby odtworzyć zgrane zdjęcia. Oferowany aparat posiada 2 porty USB oraz umożliwia zapis zdjęć na USB z dogrywaniem przeglądarki DICOM.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27:**

Dotyczy: Część nr 4 – Fotel do dializ – 10 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrealizowanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 28:**

Dotyczy: Część nr 4 – Fotel do dializ – 10 szt. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego przewodowego pilota zamiast „przewodowego panelu sterowania”?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 29:**

Dotyczy: Część nr 4 – Fotel do dializ – 10 szt. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pilota z funkcjami:

- zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, wykonanie zmiany pozycji fotela musi zostać poprzedzone przyciskiem „świadomego użycia” (przycisk Start)
- pilot posiadający wskaźnik podłączenia do sieci
- wyświetlacz LCD wyposażony w menu funkcyjne wyświetlające aktualnie wybraną funkcję w postaci interfejsów graficznych prezentowanych w formie cyfrowych piktogramów, informujących również o stanie naładowania akumulatora?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 30:**

Dotyczy: Część nr 4 – Fotel do dializ – 10 szt. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 560 – 880 mm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 31:**

Dotyczy: Część nr 4 – Fotel do dializ – 10 szt. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji nachylenia oparcia pleców w zakresie od -150 do +800 uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32:**

Dotyczy: Część nr 4 – Fotel do dializ – 10 szt. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji segmentu siedziska w zakresie od 00 do 250 uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 33:**

Dotyczy: Część nr 4 – Fotel do dializ – 10 szt. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji przechyłu Trendelenburga dokonywaną jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem (z czytelnym piktogramem) 150 uzyskiwaną za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 34:**

Dotyczy: Część nr 4 – Fotel do dializ – 10 szt. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela przejezdnego, koła z centralną blokadą, tworzywowe o średnicy 125 mm, dźwignie blokady centralnej umiejscowione po lewej oraz prawej stronie fotela?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 35:**

Dotyczy: Część nr 4 – Fotel do dializ – 10 szt. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego tapicerkę elastyczną, wodoodporną, łatwo zmywalną, ognioodporną, odporną na działanie promieni UV, pleśnie i bakterie, o wysokiej odporności na ścieranie 50 000 cykli wg normy EN ISO 5470-2, możliwość wyboru koloru tapicerki, 2 kolory do wyboru (ciemnoniebieski i pomarańczowy); segment nożny i siedziska niezależne, przerwy pomiędzy segmentami leżą wypełnione materiałem zabezpieczającym przed przypadkowym zakleszczeniem ręki i spadaniem drobnych przedmiotów?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 36:**

Dotyczy: Część nr 4 – Fotel do dializ – 10 szt. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego segment nożny wyposażony w tapicerowany podnózek, regulowany elektrycznie, z możliwością elektrycznego przybliżenia lub oddalenia od pacjenta?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 37:**

Dotyczy: Część nr 4 – Fotel do dializ – 10 szt. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podnóżka bez możliwości demontażu?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 38:**

Dotyczy: Część nr 4 – Fotel do dializ – 10 szt. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża opartego na jednej kolumnie o przekroju prostokątnym?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 39:**

Dotyczy: Część nr 4 – Fotel do dializ – 10 szt. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela wyposażonego w stalowy, lakierowany proszkowo uchwyt do prowadzenia fotela zlokalizowany przy segmentcie oparcia pleców (uchwyt z możliwością chwytu rąk w pozycji pionowej oraz poziomej)?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 40:**

Dotyczy: Część nr 4 – Fotel do dializ – 10 szt. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłokietników bez osłon PCV?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego fotela)

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 41:**

Dotyczy pkt 15 Część IV SWZ OPZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu o mocy 2,02kW. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający posiada aparat o podobnej mocy na oddziale urologicznym i moc ta jest w zupełności wystarczająca do większości operacji na bloku operacyjnym Zamawiającego

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 42:**

Dotyczy pkt 18, 19,20 Część IV SWZ OPZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu o parametrach maksymalnego napięcia 110 kV, skopi pulsacyjnej gdzie maksymalny prąd wynosi 16 mA i radiografii cyfrowej gdzie maksymalny prąd wynosi 20 mA. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający posiada aparat o podobnej mocy na oddziale urologicznym i moc ta jest w zupełności wystarczająca do większości operacji na bloku operacyjnym Zamawiającego.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 43:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C .Dotyczy pkt 9 Część IV SWZ OPZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego zakres ruchu pionowego wynosi 42cm. Jest to nieznaczna różnica, niezauważalna w praktyce klinicznej

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 44:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 14 Część IV SWZ OPZ

Prosimy o dopuszczenie dotykowego monitora min. 6” zamontowanego na wózku z ramieniem C. Pragniemy zauważyć, że monitor ten służy technikowi do podglądu obrazu oraz do sterowania wszystkimi funkcjami aparatu. Tak określona przekątna służy jedynie ograniczeniu konkurencji.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 45:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 15 Część IV SWZ OPZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu o mocy 2,4kW. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający posiada aparat o podobnej mocy na oddziale urologicznym i moc ta jest w zupełności wystarczająca do większości operacji na bloku operacyjnym Zamawiającego

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 46:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 15 Część IV SWZ OPZ  
Prosimy o dopuszczenie aparatu o mocy 2,4kW. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający posiada aparat o podobnej mocy na oddziale urologicznym i moc ta jest w zupełności wystarczająca do większości operacji na bloku operacyjnym Zamawiającego

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45.***

**Pytanie nr 47:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 17 Część IV SWZ OPZ  
Prosimy o dopuszczenie aparatu, który posiada następujące tryby pracy:  
Fluoroskopia pulsacyjna, Pojedyncze zdjęcie (radiografia cyfrowa) oraz skopia pulsacyjna z ograniczoną dawką. Pragniemy zauważyć, że skopia ciągła zastąpiona jest skopią pulsacyjną o częstotliwości 25 p/s, co pozwala ograniczyć dawkę oraz pozbyć się artefaktów ruchowych

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 48:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 18, 19,20 Część IV SWZ OPZ  
Prosimy o dopuszczenie aparatu o parametrach maksymalnego napięcia 120 kV, skopi pulsacyjnej gdzie maksymalny prąd wynosi 20 mA i radiografii cyfrowej gdzie maksymalny prąd wynosi 24 mA. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający posiada aparat o podobnej mocy na oddziale urologicznym i moc ta jest w zupełności wystarczająca do większości operacji na bloku operacyjnym Zamawiającego.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 49:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 18, 19,20 Część IV SWZ OPZ  
Prosimy o dopuszczenie aparatu o parametrach maksymalnego napięcia 120 kV, skopi pulsacyjnej gdzie maksymalny prąd wynosi 20 mA i radiografii cyfrowej gdzie maksymalny prąd wynosi 24 mA. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający posiada aparat o podobnej mocy na oddziale urologicznym i moc ta jest w zupełności wystarczająca do większości operacji na bloku operacyjnym Zamawiającego.

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 48.***

**Pytanie nr 50:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 21 Część IV SWZ OPZ  
Czy zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej i nie wymaga min. 4 poziomów redukcji dawki?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie popełnił omyłki pisarskiej.***

**Pytanie nr 51:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 23, 24,25 Część IV SWZ OPZ  
Prosimy o dopuszczenie aparatu ze stacjonarną anodą, jednoogniskową o wielkości 0,6 mm. Zamawiający posiada aparat o podobnej mocy na oddziale urologicznym i moc ta jest w zupełności wystarczająca do większości operacji na bloku operacyjnym Zamawiającego.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 52:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 26 Część IV SWZ OPZ  
Prosimy o dopuszczenie aparatu z pojemnością cieplną anody 85 kHU. Zamawiający posiada aparat o podobnej pojemności na oddziale urologicznym i pojemność ta jest w zupełności wystarczająca do większości operacji na bloku operacyjnym Zamawiającego.



**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 53:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 27 Część IV SWZ OPZ  
Prosimy o dopuszczenie aparatu z pojemnością cieplną kotłaka 1140 kWh. Zamawiający posiada aparat o podobnej pojemności na oddziale urologicznym i pojemność ta jest w zupełności wystarczająca do większości operacji na bloku operacyjnym Zamawiającego.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 54:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 28 Część IV SWZ OPZ  
Prosimy o dopuszczenie aparatu z szybkością chłodzenia anody 51 kWh/min. Zamawiający posiada aparat o podobnej szybkości chłodzenia anody na oddziale urologicznym i szybkość ta jest w zupełności wystarczająca do większości operacji na bloku operacyjnym Zamawiającego.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 55:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 29 Część IV SWZ OPZ  
Prosimy o dopuszczenie aparatu z zaawansowanym wbudowanym systemem chłodzenia, polegającym na regulacji ilości p/s w przypadku przegrzania aparatu.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 56:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 41 Część IV SWZ OPZ  
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, gdzie na wzmacniaczu lub detektorze widoczny jest piktogram określający orientację pacjenta względem aparatu?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 57:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 42 Część IV SWZ OPZ  
Prosimy o dopuszczenie aparatu z jednym, dwudzielnym monitor 27" do jednoczesnego wyświetlania obrazu Live i referencyjnego?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 58:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 43 Część IV SWZ OPZ  
Czy zamawiający dopuści niedotykowy monitor Live. Dotykowy monitor do obsługi systemu został omówiony w pkt 14.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 59:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 44 Część IV SWZ OPZ  
Prosimy o dopuszczenie aparatu z rozdzielczością monitora: 1920x1080 pixeli

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 60:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 49 Część IV SWZ OPZ  
Prosimy o dopuszczenie aparatu z nieskładanym monitorem, z powłoką zabezpieczającą.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 61:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 50 Część IV SWZ OPZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu z pamięcią obrazów 100 000. Pragnę zauważyć, że do przechowywania obrazów służy system PACS.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 62:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 54 Część IV SWZ OPZ  
Prosimy o dopuszczenie aparatu z portem USB z możliwością zapisywania obrazów w formatach DICOM, TIFF i AVI

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 63:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 60 Część IV SWZ OPZ  
Prosimy o dopuszczenie aparatu z funkcjami DICOM Storage i DICOM Worklist. Pragnę zauważyć, że funkcja DICOM print jest używana do drukowania na kliszach rentgenowskich.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 64:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 61 Część IV SWZ OPZ  
Prosimy o dopuszczenie aparatu z bezprzewodowym programowalnym przyciskiem nożnym do zdalnego sterowania głównymi funkcjami obrazowymi w aparacie.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 65:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 63 Część IV SWZ OPZ  
Prosimy o dopuszczenie aparatu wyposażonego w złącze typu USB. Zaoferowana technologia jest szybsza i nowocześniejsza.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 66:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 62 Część IV SWZ OPZ  
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym kluczyk służy jedynie do blokowania możliwości wyzwiania skopi.

Wyjaśniamy, że wyzwianie skopi może być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, natomiast sterowanie elektrycznymi ruchami pionowymi ramienia C może być wykonywane przez dowolne osoby odpowiedzialne za transport urządzenia i ustawieniem aparatu przez zabiegami.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 67:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C W związku z oraz obecną sytuacją polityczną w Europie, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 63 dni od dnia podpisania umowy.

Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od nas niezależne (siła wyższa), ograniczyły możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia. Pomimo podejmowania wzmoczonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu obecnej sytuacji geopolitycznej mogą niestety wystąpić opóźnienia w dostawach komponentów i półprzewodników, co ma znaczący wpływ na końcowy termin dostawy aparatu.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 63 dni od daty podpisania umowy

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 68:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniu dni ustawowo wolnych od pracy). Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 69:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 6 „Warunki gwarancji i serwisu” Część IV SWZ OPZ

Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny lub zdalny jako przystąpienie do naprawy?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 70:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 3 „Warunki gwarancji i serwisu” Część IV SWZ OPZ

W nawiązaniu do ww. punktu prosimy o niewielką modyfikację wg poniższego:

„Zagwarantowanie dostępności części i zamiennych dla oferowanego aparatu min.8 lat, a na sprzęt komputerowy i oprogramowanie min.5 lat”

Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia min.8 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z podwyższą propozycją.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 71:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku mieszanych stawek VAT (8 i 23%)

w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT? Wyjaśniamy, iż w Opisie Przedmiotu Zamówienia występują pozycje (m.in. fartuchy, projekt osłon stałych, testy), które są objęte stawką VAT wynoszącą 23%.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że w przypadku mieszanych stawek należy podać jedną wartość netto i brutto.**

**Pytanie nr 72:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C W nawiązaniu do ust. 2, 3 i 4 § 6 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie, usunięciu wady i uznania reklamacji.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 73:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy ust. 6 i 7 § 6 projektu Umowy Zwracamy się z prośbą o usunięcie w/w punktów.

Wyjaśnimy, że w umowach nie ma standardu z nakładaniem kar w wysokości 5000 zł za naruszenia powierzenia danych osobowych. Nie ma również takiego wymagania w RODO tym bardziej, że odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego jest jednoznacznie określona umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie w/w punktów.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 74:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 75:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Zwracamy się z prośbą, aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 76:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Zwracamy się z prośbą o podanie informacji jaki typ wentylacji występuje w pomieszczeniu, gdzie będzie eksploatowany aparat? Mechaniczna czy grawitacyjna?

W sytuacji posiadania wentylacji grawitacyjnej zwracamy się z prośbą o udostępnienie protokołu wydajności wentylacji przez Zamawiającego na pisemne żądanie Wykonawcy w terminie 3 dni.

Jeżeli mechaniczna to zgodnie z obecnymi wytycznymi PSSE do projektu osłon stałych wymagany jest m.in. rzut pomieszczeń wraz z zatwierdzonym przez PSSE projektem wentylacji, zwracamy się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego posiadanej w/w dokumentacji na pisemne żądanie Wykonawcy w terminie 3 dni.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach gdzie będzie eksploatowany aparat występuje mechaniczna wentylacja. Niezbędna dokumentacja zgodnie z wytycznymi do projektu osłon stałych zostanie udostępniona Wykonawcy na etapie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

**Pytanie nr 77:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Zwracamy się z prośbą o udostępnienie: projektu budowlanego pracowni, starego projektu ochrony radiologicznej pracowni jeśli istnieje.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że w/w dokumentacja zostanie udostępniona Wykonawcy na etapie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

**Pytanie nr 78:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Zwracamy się z prośbą o określenie przeznaczenia sąsiadujących pomieszczeń pracowni.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że sąsiadujące pomieszczenia to sala operacyjna i blok operacyjny.**

**Pytanie nr 79:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Zwracamy się z prośbą o podanie informacji, tj.:

- a. Liczby ekspozycji wykonywanych w ciągu jednego dnia roboczego
- b. Czasu jednej ekspozycji

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że aparat będzie używany średnio 1- 2 razy dziennie, czas jednej ekspozycji to 5 sekund.***

**Pytanie nr 80:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Prosimy o wskazanie osoby (e-mail, nr telefonu), która będzie kompetentna do określenia geometrii prowadzonych badań (gdzie będzie znajdować się lampa RTG?, gdzie będzie przebywał operator aparatu? W którą stronę będzie skierowana wiązka pierwotna promieniowania?)

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że w/w informacje zostaną udostępnione Wykonawcy na etapie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.***

**Pytanie nr 81:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Czy pomieszczenie pracowni spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że pracownia spełnia wymagania określone w w/w rozporządzeniu.***

**Pytanie nr 82:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Czy pomieszczenie pracowni spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że pracownia spełnia wymagania określone w w/w rozporządzeniu.***

**Pytanie nr 83:**

dotyczące pakietu 3 –Aparat RTG z ramieniem C Dotyczy pkt 36, 37,38, 39 Część IV SWZ OPZ Prosimy o dopuszczenie aparatu wyposażonego w najnowocześniejszy płaski detektor w rozmiarze 21x21cm o rozdzielczości 1536x1536 pikseli zamiast wzmacniacza obrazu, który technologicznie ma kilkadziesiąt lat i jest analogowym rozwiązaniem.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 08.11.2022r.**

**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
**Piotr Feszak**