



Słupsk, dnia 08.11.2022 r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu medycznego – postępowanie nr 89/PN/2022**

Na podstawie art. 135 ust. 6 – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 10**

**Jest:**

**Pytanie nr 10:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii 110kV/110kV? Różnica pomiędzy parametrem wymaganym a oferowanym jest niewielka.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Powinno być:**

**Pytanie nr 10:**

Zestawienie parametrów technicznych Część nr 3 – aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii 110kV/110kV? Różnica pomiędzy parametrem wymaganym a oferowanym jest niewielka.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 08.11.2022r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak