



Słupsk, dnia 15.11.2022r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Usługa naprawy i wymiany uszkodzonych optyk.”- nr postępowania 90/TP/2022**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

W części nr 2 załącznika nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY wskazano szczegółowo czynności, które należy wykonać w celu naprawy optyk, jednak nie wskazano rodzaju optyki (nazwa producenta, długość, średnica, kąt widzenia itp.) przedmiotowe parametry mają istotne znaczenie dla prawidłowej wyceny naprawy, gdyż ceny części zamiennych do poszczególnych rodzajów optyk mogą znacząco się różnić.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że należy uśrednić ceny bazując na wycenie soczewki do optyk o średnicy 4mm.**

**Pytanie nr 2:**

Część nr 1 załącznika nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY:  
Poz. 15 jaki jest wymagany rozmiar kleszczy?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że kompatybilny z cystoskopem STORZ ch-25.**

**Pytanie nr 3:**

Część nr 1 załącznika nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY:  
Poz. 17 jaki jest wymagany rozmiar elementu pracującego do uretrotomii?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że kompatybilny z płaszczem uretrotomu STORZ ch-21.**

**Pytanie nr 4:**

Część nr 1 załącznika nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY:

Poz. 18 czy ma to być element roboczy laserowy, czy wkład laserowy do resektoskopu i jaki jest jego wymagany rozmiar?

**Odp. Zamawiającego: Element roboczy laserowy.**

**Pytanie nr 5:**

Część nr 1 załącznika nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY:

Poz. 20 i 21 - czy ma to być płaszcz zewnętrzny ERS, czy kompletny resektoskop (płaszcz wewn. + zewn.)?

**Odp. Zamawiającego: Kompletny resektoskop (płaszcz wewnętrzny + zewnętrzny) oraz obturator.**

**Pytanie nr 6:**

Część nr 1 załącznika nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY:  
Poz. 23 czy zamiast pojemności 100ml możemy zaproponować 150 ml?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 7:**

Czy w związku z naturą serwisu optyk zamawiający zgodzi się na obowiązek przedłożenia referencji dokumentujących rzetelne wykonanie usług naprawczych sprzętu optycznego (o wartości nie mniejszej niż wartość zamówienia) aby w ten sposób zminimalizować ryzyko udziału w postępowaniu podmiotów nierzetelnych często nie wywiązujących się w odpowiedni sposób z zobowiązań bez odpowiedniego zaplecza serwisowego?

Pojawiają się sygnały iż na rynku powstają firmy często sezonowe nie posiadające doświadczenia bez odpowiedniego oprzyrządowania. Ma to negatywny wpływ na doświadczenia operatów po naprawach sprzętu w nieodpowiednich warunkach.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 15.11.2022r.**

  
KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak