



Słupsk, dnia 30.11.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych”- nr postępowania 97/TP/2022

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Czy zamawiająca dopuści do przetargu Ksylen bez oznaczeń IVD i CE?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 4 poz. 1 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy w Części 4 poz. 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu 12-panelowego wykrywającego wszystkie narkotyki wymienione w SIWZ plus dodatkowo opiaty (OPI) i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TCA)?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

„Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 4 poz. 3 w przedmiotowym postępowaniu:

Prosimy o określenie czego ma dotyczyć kontrola zewnątrzlaboratoryjna w poz. 3? Które parametry mają być kontrolowane w jej obrębie?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że kontrola zewnątrzlaboratoryjna musi pozwolić na ocenę wszystkich parametrów, które zawiera panel do badania.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 30.11.2022 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak