



Słupsk, dnia 23.12.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa sprzętu medycznego”- nr postępowania 110/TP/2022.

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Dot. SIWZ Zawartość oferty

1. Pkt. 3.7a) Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia katalogów/materiałów informacyjnych zawierających numery katalogowe oferowanych produktów. Numery katalogowe podlegają częstym zmianom i w związku z tym nie są elementem ujętym w treści materiałów informacyjnych opracowanych przez producenta urządzeń medycznych. Pozostawienie wymagania w obecnym kształcie może uniemożliwić złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia numerów katalogowych w folderach czy materiałach źródłowych producenta

Odp.: Zamawiający dopuszcza karaty katalogowe bez nr katalogowych oferowanych produktów.

Pytanie do umowy

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony?

Odp.: Tak, wzór umowy powierzenia przetwarzania danych stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Zestawienie parametrów technicznych

Część nr 1 – Aparat do znieczulania – 1 szt.

3. Czy w zakresie pakietu nr 1 Aparat do znieczulenia, Zamawiający dopuści do postępowania aparat i kardiomonitor po demonstracyjny, wyprodukowany w 2021 roku, gotowy do pracy, który spełnia wymogi opisu przedmiotu zamówienia?

Odp.: Tak

Pytania precyzujące

4. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający.

Odp.: DIN II (Draeger).

5. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II (Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający.

Odp.: AGSS DIN II (Draeger).

6. Prosimy o odpowiedź jaki rodzaj odciągu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia:

- bierny odciąg lub brak instalacji odciągu
- czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2
- czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu

Odp.: Odciąg gazów podłączony do wyciągu wentylacji.

Pkt 5. Uwaga „ • Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w kartach katalogowych/folderach”

7. Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odp.: W przypadku braku potwierdzenia parametru w katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania.

Warunki gwarancji i serwisu, Pkt. 3.

8. Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pkt. 9.

9. Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. dot. §1 ust.2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku asortymentu określonego w części nr 3, który dostarczany jest gotowy do użytku, jest prosty w obsłudze a wystarczającym do zapoznania się jest instrukcja obsługi, Zamawiający odstąpi od wymogu montażu uruchomienia i szkolenia.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

11. dot. §4 ust.9 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku gdy producent nie wymaga przeprowadzenia przeglądów w zakresie części 3, Zamawiający odstąpi od tego zapisu.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 23.12.2022 r.