



Słupsk, dnia 10.01.2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej”- nr postępowania 113/TP/2022

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część nr 1 poz.1-7

Czy Zamawiający dopuści mankiety NIBP z przewodem napowietrzającym o długości 50 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Część nr 1 poz.21

Prosimy o podanie indeksu (numeru katalogowego) aktualnie używanego kabla EKG.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że numer katalogowy to: EA023C3I.

Pytanie nr 3:

Część nr 1 poz.41

Czy zamawiający dopuści czujnik SpO2 dla dzieci do stosowania w przedziale wagowym 15-40 kg?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Część nr 1 poz.50

Prosimy o podanie indeksu (numeru katalogowego) aktualnie używanego czujnika SpO2.

Odp. Zamawiającego: : Zamawiający informuje, że numer katalogowy to: S0003B-I

Pytanie nr 5:

Część nr 1 poz.57-58

Prosimy o podanie indeksu (numeru katalogowego) aktualnie używanego adaptera SpO2.

Odp. Zamawiającego: : Zamawiający informuje, że numery katalogowe to: poz.57: S0442CS-L, poz.58: S0020CS-L

Pytanie nr 6:

Dotyczy pakietu nr 7

Czy akumulatory są do defibrylatorów zwykłych czy do wersji Platinum? Prosimy o podanie numerów seryjnych urządzeń.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że akumulatory są do defibrylatorów zwykłych, numery katalogowe to: D6 nr DGOB002148; D3 nr EL-14000286.

Pytanie nr 7:

Dotyczy Części nr 1, pozycji nr 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania jednodrenowego mankietu NIBP do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi w rozmiarze 14-21 cm.

Odp. Zamawiającego: : Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Pytanie 1 Część 1 Pozycja 23,35,43,55,57,58,59

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 23,35,43,55,57,58,59 z części 1 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:

Pytanie 2 Część 1 Pozycja 19

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odp. Zamawiającego: : Zamawiający informuje, że numer katalogowy to: EC417-3AI + EC040C3I

Pytanie nr 10:

Pytanie 3 Część 1 Pozycja 20

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odp. Zamawiającego: : Zamawiający informuje, że numer katalogowy to: EC417+5AI + EC040C5I

Pytanie nr 11:

Pytanie 4 Część 1 Pozycja 21

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odp. Zamawiającego: : Zamawiający informuje, że numer katalogowy to:EA023C3I

Pytanie nr 12:

Pytanie 5 Część 1 Pozycja 48

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odp. Zamawiającego: : Zamawiający informuje, że numer katalogowy to: S0099B-L

Pytanie nr 13:

Pytanie 6 Część 1 Pozycja 49

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odp. Zamawiającego: : Zamawiający informuje, że numer katalogowy to: S0165B-L

Pytanie nr 14:

Pytanie 7 Część 1 Pozycja 50

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odp. Zamawiającego: : Zamawiający informuje, że numer katalogowy to: S0003B-L

Pytanie nr 15:

Pytanie 8 Część 1 Pozycja 61

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o informację czy raczej nie chodzi o konektor typu BP 12 ? Wtedy asortyment z pozycji 61 będzie pasował do pozycji 60.

Odp. Zamawiającego: : Zamawiający informuje, że numer katalogowy to: OBM – A06-02.

Pytanie nr 16:

Dotyczy Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo_ilościowy. Część 12

Zamawiający wymaga dostarczenia: „Rozdzielacz Y na dwa szybkozłącza DIN z wtykiem DIN”
Prosimy o doprecyzowanie jakiego dokładnie rodzaju gazu dotyczy rozdzielacz (tlen, sprężone powietrze, próżnia, podtlenek azotu czy dwutlenek węgla) oczekuje Zamawiający.

Odp. Zamawiającego: : Zamawiający informuje, że dotyczy tlenu.

Pytanie nr 17:

Dotyczy Części nr 1, pozycji nr 6, 7

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mankietu NIBP w rozmiarze 28-37 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18:

Prosimy o rezygnację z zapisu w umowie § 4 pkt. 1 oraz z obecności Wykonawcy przy odbiorze wraz ze sprawdzeniem towaru przez Zamawiającego **dot. części 12**. Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Odbiór ilościowy i jakościowy dostarczonej partii towaru będzie przeprowadzony przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy lub jego przedstawiciela.

Pytanie nr 19:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptują dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w części 12 ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 20:

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy wymaga w części 12 poz. 2 oraz poz. 3, poz. 8 akcesoriów do regulatora ssania (butelkę nawilżacza, dreny)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie wymaga.

Pytanie nr 21:

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w części 12 poz. 4 dopuści pokrętło regulatora z poliamidu. Pokrętło regulatora z poliamidu charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w części 12 poz. 4 dopuści reduktor tlenu z zakresem wskazań manometru 0-31,5 Mpa?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w części 12 poz. 4 dopuści ciśnienie wejściowe gazu 30MPa reduktora tlenowego?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24:

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w części 12 poz. 4 dopuści ciśnienie na wylocie 0,4 MPa?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25:

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w części 12 poz. 5 dopuści reduktor tlenu z zakresem wskazań manometru 0-31,5 Mpa?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 26:

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w części 12 poz. 5 dopuści ciśnienie wejściowe gazu 30MPa reduktora tlenowego?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27:

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w części 12 poz. 5 dopuści ciśnienie na wylocie 0,4 MPa?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28:

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w części 12 poz. 6 dopuści dozownik tlenu z zakresem wskazań rotametry 0-15l/min?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 29:

Część 1

prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu poz. 35, 43, 57, 58, 59 (akcesoria do monitorowania w technologii Masimo), ponieważ produkty te posiada jeden wykonawca, a wydzielenie pozwoli większej ilości oferentów na udział w przetargu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30:

poz. 6

prosimy o dopuszczenie mankietu wydłużonego o szerokości 56cm (rozmiar: 25-35/44cm).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31:

poz. 6

prosimy o dopuszczenie mankietu wydłużonego o szerokości 69cm (rozmiar: 25-35/53cm).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32:

poz. 12 i 13

Czy zamawiający ma na myśli konektor typu Dinacllick widoczny na poniższym zdjęciu?



Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że potwierdza.

Pytanie nr 33:

poz. 19 i 20

Prosimy o podanie roku produkcji monitora BLT Q7 w celu poprawnej identyfikacji wymaganego asortymentu

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że rok produkcji to: 2020 r.

Pytanie nr 34:

poz. 21

w celu prawidłowej indentyfikacji asortymentu prosimy o podanie numeru katalogowego / ref wcześniej stosowanego produktu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że numer katalogowy to: EJ050-5AI.

Pytanie nr 35:

poz. 22

Prosimy o odstąpienie od wymogu przewodów ekranowanych.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36:

poz. 23

Prosimy o odstąpienie od wymogu przewodów przeziernych.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37:

poz. 24

Prosimy o odstąpienie od wymogu przewodów ekranowanych.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 38:

poz. 27-28

Czy zamawiający ma na myśli przewód do Mindray model PM7000?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że potwierdza.

Pytanie nr 39:

poz. 49

Prosimy o podanie roku produkcji monitora BLT Q7 w celu poprawnej identyfikacji wymaganego asortymentu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że rok produkcji to: 2020 r.

Pytanie nr 40:

poz. 50

W celu prawidłowej identyfikacji asortymentu prosimy o podanie numeru katalogowego / ref wcześniej stosowanego produktu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że numer katalogowy to: S0003B-L.

Pytanie nr 41:

poz. 55

Prosimy o dopuszczenie opasek z okrągłymi otworami.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 10.01.2023 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak