



Warszawa, dn. 11.07.2016 r.

Arkadiusz Szymański
Dyrektor Generalny
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

BLiPZ.WZP.261.1.2016/MK

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

dot. postępowania: **19/BL/NAMIOTY MEDYCZNE/PN/16**

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1654 i z 2016 r. poz. 831), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę systemu namiotów medycznych wraz z wyposażeniem na potrzeby Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej:**

I. Wybór najkorzystniejszej oferty:

- 1) jako najkorzystniejszą wybrano **ofertę Nr 2** złożoną przez Wykonawcę **P.P.H.U. „Supron 1” Sp. j. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota ul. Kluczevska 3, 32-300 Olkusz** oferującego wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Cena (koszt) oferty – **259 002,33 zł brutto**

Okres gwarancji – **36 miesięcy**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta uznana za najkorzystniejszą jest jedyną ofertą ważną w przedmiotowym postępowaniu, spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i uzyskała 100 punktów przyznawanych na podstawie przyjętych kryteriów.

Złożono następujące oferty:

| Nr oferty | Nawa firmy i adres | Liczba pkt w kryterium „Cena (koszt)” | Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji” | łączna ilość uzyskanych punktów |
|-----------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | Przedsiębiorstwo „PASCAL” Sp. z o.o. ul. Pstrągowa 38, 40-748 Katowice | Oferta odrzucona | | |
| 2 | P.P.H.U. „Supron 1” Sp. j. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota ul. Kluczevska 3, 32-300 Olkusz | 90 | 10 | 100 |

II. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

III. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

1. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający **odrzuca ofertę nr 1** złożoną przez Wykonawcę **Przedsiębiorstwo „PASCAL” Sp. z o. o. ul. Pstrągowa 38, 40-748 Katowice**, gdyż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne:

- 1) Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymagał, aby namioty medyczne spełniały odpowiednie wymagania techniczne m.in. zakres temperatur użytkowania: co najmniej w zakresie -30°C -+60°C, tymczasem zaoferowane przez Wykonawcę systemy namiotów Lubawa, wg

dołączonych do oferty kart katalogowych mogą być użytkowane w zakresie temperatur od -30°C do +55°C,

- 2) Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający wymagał, aby każdy z namiotów został wyposażony w minimum 1 przedłużacz o długości co najmniej 25 m, z czterema gniazdami IP 44 oraz dodatkowo minimum 2 rozdzielnice (po jednej na każdy moduł). Zaoferowany przez Wykonawcę przedłużacz elektryczny zwijany Acar, wg dołączonej do oferty dokumentacji, posiada długość 15 m. Ponadto, w dołączonej do oferty dokumentacji brak jest informacji na temat wymaganej klasy bezpieczeństwa gniazd IP 44.

W związku z powyższym, oferta Wykonawcy **Przedsiębiorstwo „PASCAL” Sp. z o.o. ul. Pstrągowa 38, 40-748 Katowice** podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, jako niezgodna z treścią SIWZ.

IV. Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer fax. +48 22 627 06 80.

ZASTĘPUJĄCA
DYREKTORA GENERALNEGO
Urzędu do Spraw Cudzoziemców


Bożena SADOWSKA