

Piekary Śląskie, dnia .....18.10.....2024 roku

Samodzielny Publiczny  
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej  
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich  
ul. Bytomska 62  
41-940 Piekary Śląskie  
Sekcja ds. Zaopatrzenia  
Znak sprawy: DAS .....104/2024.....

Do wszystkich wykonawców

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Dotyczy - ....DAS/104/2024 - poz. 1,2.....

W dniu 17.10.2024 r. wpłynęło pytanie o treści:

Proszę o doprecyzowanie o rodzaj czujnika z poz. 1 i poz. 2 (rodzaj połączenia z kablem).

Odpowiedź:

Zamówienie dotyczy czujników z połączeniem typu RD (płaskie wejście z chipem).