

Jablonna, dn. 10.03.2025

**Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Chirurgii Urazowej
Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie**

Dotyczy: **DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH**
Znak sprawy: **DAS/16/2025**

Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszeniem w/w postępowania firma EMPIREUM Piotr Dopieralski zwraca się z prośbą o udzielenie następujących wyjaśnień:

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujników j,u. kompatybilnych z TS-PAW-10, dla niemowląt i dzieci o wadze 3-40 kg, piankowych, zapinanych na velcro, ze złączem Trusignal

Z poważaniem

Agnieszka Staszewska

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

KIEROWNIK APTEKI
E.S.
mgr farm. Ewa Górska