

Piekary Śląskie 13/10/2025

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w
Piekarach Śląskich 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62,

NIP 498-01-07-015 Regon 00086830700000 KRS 0000046125

[nazwa zamawiającego, adres, nr KRS, NIP, REGON]

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w
Piekarach Śląskich

41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62

E:mail : sekretariat@urazowka.piekary.pl

[nazwa Zamawiającego, adres]

Do uczestników wstępnych konsultacji rynkowych

Dot. Wstępnych Konsultacji Rynkowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Poprawę funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w zakresie usług cyfrowych

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich informuje, iż w ramach konsultacji do Zamawiającego wpłynęły do Wykonawcy pytania, które przedstawiamy z wyjaśnieniami:

W zakresie doprecyzowania odpowiedzi na pytanie nr 16:**Pytanie nr 16: Oprogramowanie centralnej sterylizacji**

Możliwość integracji urządzeń technologicznych takich jak: sterylizatory, myjnie dezynfekторы, zgrzewarki, ultradźwięki – automatyczny i zapisywany w archiwum dokumentacji elektronicznej przebieg wszystkich procesów.

=> Przypominamy, że niezbędne do integracji z urządzeniami jest API oraz dokumentacja techniczna, wraz zapewnieniem od producenta, że taka integracja jest możliwa. Dane zapisywane w systemie będą tylko w ramach udostępnianego przez konkretne urządzenie informacji. Jeżeli taka dokumentacja nie zostanie zapewniona i nie będzie potwierdzenie ze strony producenta urządzeń o wsparciu w integracji to wnioskujemy o usunięcie przedstawionego zapisu.

Odpowiedź:

Doprecyzowujemy, iż po zakończeniu każdego cyklu na urządzeniu następuje przestanie danych z urządzenia na serwer SimServ na centralnej sterylizacji gdzie w pliku tekstowym .xml zapisywane są dane zakończonego procesu. Urządzenia i serwer mają przypisany konkretny nr IP.