

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Seksja ds. Zaopatrzenie
Znak sprawy: DAS/11/2026

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Dotyczy - DAS/11/2026 – poz. 10

Czy zamawiający wyrazi zgodę na :

AD. POZ.10

PULSOKSYMETR TRANSPORTOWY

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru o następujących parametrach:

Zakres pomiaru saturacji: 0-100%.

Zakres pomiaru tętna: 30-250 ud/min.

Dokładność: Bezruch: $\pm 2\%$, ruch: $\pm 3\%$ przy 70-100% < 70%, nieokreślony

Idealnie nadaje się do stosowania na oddziałach intensywnej opieki medycznej,

w przychodniach, izbach przyjęć, podczas transportu lądowego, w ratownictwie medycznym.

Ergonomicznie zaprojektowany, aby wygodnie mieścić się w dłoni.

Bateria polimerowa Li-ion 3,7V 4400mAh.

Czas pracy ponad 15 godzin po naładowaniu.

Jasny, czytelny 3,5 calowy wyświetlacz LCD wskazuje procentowy pomiar SpO2,

częstotliwość pulsu, pletyzmogram i zestawienie trendów.

Czujnik na palec (dla dorosłych, pediatryczny)

Ochrona przed kroplami-monitor- IP22

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym typ BF

Temperatura pracy +5 do +40 stopni C

Stacja dokująca do mocowania urządzenia i ładowania w tym samym czasie.

Wymiary: 78,5 x 158 x 31,5 mm

Waga: 250g

Ochronny pokrowiec (opcja).

Gwarancja 12 miesięcy.

ODPOWIEDŹ : ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ

KIEROWNIK APTEK:

E. A.
mgr farm. Ewa Gębulska