WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ
Nr. 1265/17
Wpłynęło 28 KWI. 2017
Zał. — Ark./Str. 16
02 02

Warszawa, dn. 28.04.2017r.

Treść zapytań oraz wyjaśnienia
dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, znak sprawy: 4/ZP/17.

Działając na podstawie art. 38 ust 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp" w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania, dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1.
Dotyczy Zał. 4 wzór umowy.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy." Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych przez Wykonawcę zmian.

Pytanie nr 2.
Dotyczy Zał. 4 wzór umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie g o w treści oferty.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych przez Wykonawcę zmian.

Pytanie nr 3.
Dotyczy Zał. 4 wzór umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej?
1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty') bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,
(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz
(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz
(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).
4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.
6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.
7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych przez Wykonawcę zmian.

Pytanie nr 4.
Dotyczy Zał. 4 wzór umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 5.
Dotyczy zał. 1 formularz ofertowy
Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzanje na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT?
Odp.: Tak, w przypadku gdy, poszczególne komponenty oferowanego sprzętu (systemu) objęte są różnymi stawkami VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT poszczególnego komponentu wchodzącego w skład oferowanego sprzętu (systemu). Zamawiający do oceny ofert w kryterium cena przyjmie sumę kwot brutto poszczególnych komponentów sprzętu (systemu) objętych z różnymi stawkami VAT.

Pytanie 6.
Dotyczy SIWZ IX.1 i zał. 5 JEDZ
Zamawiający wymaga wypełnienia i dołączenia do oferty formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. 5 do SIWZ. Jednocześnie poza wypełnieniem cz.I w/w dokumentu, Zamawiający nie dostosował formularza JEDZ (np.

skreślając, bądź usuwając niepotrzebne sekcje) do wymagań SIWZ, a tylko odsyła do ogólnej instrukcji wypełniania JEDZ, w której również jest mowa, iż Wykonawca musi wypełnić JEDZ zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w ogłoszeniu, bądź SIWZ. Prosimy zatem o potwierdzenie, że w zakresie nie uregulowanym w ogłoszeniu oraz SIWZ (np. nie określone szczegółowo p. z cz.IV i cz.V JEDZ) JEDZ nie podlega również wypełnieniu.
Odp.: Wykonawca nie wypełnia części IV i V formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

Pytanie nr 7.
Dotyczy zał. 2 pkt 72
Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe do zdalnego serwisu?
Odp.: Zamawiający nie zapewni łącza internetowego do zdalnego serwisu.

Pytanie nr 8.
Dotyczy Załącznik nr 2 pkt 75
Prosimy Zamawiającego o podanie ilości osób uczestniczących w szkoleniu oraz ilość wymaganych dni. Uzasadnienie: Wcześniejsza informacja pozwoli Wykonawcy na lepsze przygotowanie procesu szkoleń oraz ich zoptymalizowanie pod kątem potrzeb Zamawiającego.
Odp.: W szkoleniu będzie uczestniczyło 6 osób, Zamawiający wymaga, aby szkolenie odbyło się w ciągu 1 dnia roboczego w 2 grupach po pół dnia roboczego (po 4 godziny).

Pytanie nr 9.
Dotyczy Załącznik nr 4
Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosimy o jednoznaczne dookreślenie, czy Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).
Odp.: Tak, Zamawiający dni robocze rozumie jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).

Pytanie nr 10.
Dotyczy Załącznik nr 4 par 3 ust 11
Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu w następujący sposób:
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego, na piśmie w terminie do 24 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku), o potrzebie sprowadzenia części z zagranicy.
Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie, o którym mowa w pytaniu, tym samym § 3 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego, na piśmie w terminie do 24 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku) od postawienia diagnozy awarii sprzętu, o potrzebie sprowadzenia części z zagranicy. Czas postawienia diagnozy awarii sprzętu nie może przekroczyć 48 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku) od momentu podjęcia naprawy przez Wykonawcę. "

Pytanie nr 11.
Dotyczy Załącznik nr 4 par 3 ust 11
Czy Zamawiający dopuszcza wymianę korespondencji drogą elektroniczną (e-mail)?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza wymianę korespondencji drogą elektroniczną (e-mail).

Pytanie nr 12.
Dotyczy Załącznik nr 4 par 3 ust 13
Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu.
Mając na względzie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz racjonalność funkcjonowania i działanie dostarczanego wyrobu, nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia oczekiwanie wymiany całego aparatu na nowy po trzech interwencjach serwisowych, nieraz dotyczących niewiele znaczących elementów takich jak np: przewód ekg czy czyszczenie maniupulatora kulkowego. Dodać należy, że powszechnie stosowanym rozwiązaniem i uwzględniającym interes zarówno

Zamawiającego jak i Wykonawcy jest ustalenie obowiązku wymiany podzespołu na nowy w przypadku jego uprzedniej 3-krotnej naprawy.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie, o którym mowa w pytaniu, tym samym § 3 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu/podzespołu, tego samego rodzaju powodująca jego wymianę na nowy nie może przekroczyć 3 napraw. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu/podzespołu, tego samego rodzaju powodująca jego wymianę na nowy przekroczy 3 naprawy, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe."

Pytanie nr 13.

Dotyczy Załącznik nr 2 pkt 76

Czy pod dopięciem aparatu do systemu szpitalnego Zamawiający rozumie zaoferowanie opcji DICOM w oferowanym aparacie i konfigurację aparatu , tab aby komunikował się z systemem HIS/RIS? Zakładamy, że Zamawiający posiada odpowiednie licencje i możliwość podpięcia aparatu po stronie HIS/RIS firmy Pixel. Ewentulany zakup dodatkowych licencji od firmy Pixel może stanowić istotny koszt , który podniesie cenę oferty.

Odp.: Tak, Zamawiający pod dopięciem aparatu do systemu szpitalnego Zamawiający rozumie zaoferowanie opcji DICOM w oferowanym aparacie i konfigurację aparatu, tak aby komunikował się z systemem HIS/RIS? Zamawiający nie posiada licencji od firmy Pixel, tym samym wymaga, aby oferta Wykonawcy obejmowała zakup stosownych licencji od firmy Pixel.

Pytanie nr 14.

Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl. Lp. I.4. Rzeczywista wielkość wyświetlanego obrazu USG powyżej 50% wielkości monitora:

Zamawiający w niniejszym punkcie wymaga aby rzeczywista wielkość wyświetlanego obrazu USG była powyżej 50% wielkości monitora. Zwracamy uwagę na fakt, iż powyższy zapis jest zupełnie nie adekwatny biorąc pod uwagę wielkość monitora, a zasada jest następująca: w aparatach USG z monitorami o mniejszej przekątnej wyświetlany obraz USG będzie powyżej 50% wielkości monitora, w aparatach USG z monitorami o większej przekątnej np. powyżej 21 cali nie ma możliwości aby wyświetlany obraz USG był powyżej 50% wielkości monitora. W nowoczesnych, obecnie oferowanych systemach ultrasonograficznych na monitorze oprócz wyświetlanego obrazu USG są również wyświetlane inne informacje np. pakiety kalkulacyjne, ikony obrazów archiwizowanych na dysku twardym, itp. Biorąc pod uwagę powyższe, czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG z monitorem o przekątnej 21,5 cala z wyświetlanym obrazem USG powyżej 35% wielkości monitora dodatkowo na ekranie wyświetlane są również informacje dotyczące m.in. pakietów kalkulacyjnych, opcji pomiarowych i ikon obrazów archiwizowanych na dysku twardym? Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach i pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 15.

Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.

Lp. I.6. Ilość kanałów procesowych/ przetwarzania ≥ 1000000 N:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który posiada ilość kanałów procesowych wynoszącą 98 304 oraz 192 fizyczne przetworniki tworzące kanały nadawcze? Pragniemy nadmienić, iż mówiąc o ilości kanałów powinniśmy mówić jedynie o fizycznych kanałach nadawczych i odbiorczych, zaś ilość kanałów procesowych/ przetwarzania jest wielkością zależną od tego, jak ktoś te kanały liczy.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach funkcjonalnościach.

Pytanie nr 16.

Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.

Lp. I.13. Dynamika wzmocnienia ≥ 265 dB:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w wielu parametrach przewyższający wymagania Zamawiającego, o dynamice systemu 230 dB? Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż dynamika jest parametrem który trudno uznać za wymierny, ponieważ jest on oznaczany w aparatach USG podczas różnych warunków pomiaru i nie jest parametrem miarodajnym, jak np.: ilość elementów w głowicach.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/ funkcjonalnościach.

Pytanie nr 17.

Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.

Lp. II.9. TDI Doppler Tkankowy:

Zamawiający w punkcie VI OBLICZENIA/RAPORTY wymaga oprogramowania do badań: jamy brzusznej, naczyniowych, tarczycy i piersi, układu moczowego oraz mięśniowo-szkieletowego, natomiast nie jest wymagane oprogramowanie do badań kardiologicznych. Pragniemy zauważyć, że tryb Dopplera Tkankowego ma zastosowanie właśnie w badaniach kardiologicznych. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG bez tego trybu, natomiast posiadającego możliwość rozbudowy Doppler Tkankowy.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach i pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 18.

Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.

Lp. II.15. Elastografia akustyczna SW, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej - Shear Wave dostępne na zaoferowanych głowicach: liniowej, convex i endocavity:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w wielu parametrach przewyższający wymagania Zamawiającego, który wyposażony jest w moduł Elastografii Shear Wave, dostępny na zaoferowanej głowicy convex? Pragniemy zauważyć, iż Elastografia typu Shear Wale służy głównie do bezinwazyjnego badania wątroby, więc jej oferowanie na głowicach innych niż convex nie znajduje zastosowania klinicznego.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 19.

Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.

Lp. II.20. TE - jakościowy wskaźnik użytej siły ucisku oraz czasu jego trwania pozwalający dobrać odpowiedni czas i siłę stosowanego ucisku:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w wielu parametrach przewyższający wymagania Zamawiającego, który posiada wskaźnik jakościowy, prezentowany w formie graficznej, tzw. „sprężynki"? Jest to wynik stosunku użytej siły do prędkości, co pozwala dobrać odpowiedni czas i siłę stosowanego ucisku podczas badania.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 20.

Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.

Lp. III.8. Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, bez możliwości optymalizacji zapisów CD za pomocą jednego przycisku? Optymalizacja dokonywana jest za pomocą oddzielnych przycisków co pozwala na precyzyjne dostosowanie zapisów Dopplera kolorowego (CD).

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 21.

Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.

Lp. IV.7. Możliwość przesunięcia linii bazowej Dopplera Spektralnego na zamrożonym obrazie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który nie posiada w trybie Dopplera Spektralnego możliwości przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie? Dodatkowo informujemy, iż możliwość ta zawsze występuje na obrazie rzeczywistym przed zamrożeniem i dla precyzji dokonywanych badań zaleca się ewentualne zmiany linii bazowej właśnie przed zamrożeniem. Dodatkowa możliwość wymagana przez Zamawiającego jest jedynie funkcją ułatwiającą pracę użytkownikowi, jednakże w rzeczywistości jej brak nie ma wpływu na jakość przeprowadzanych na urządzeniu badań.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 22.
Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.
Lp. VII.1. Convex do badań jamy brzusznej wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej (podać), kompatybilna z posiadanym aparatem Aplio MX. – 2szt.:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głowicy convex, która spełnia wszystkie parametry opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lecz nie będzie kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Aplio MX? Wymóg kompatybilności oferowanej głowicy convex z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Aplio MX prowadzi jedynie do ograniczenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu i uniemożliwia złożenie oferty wykonawcom chcącym zaoferować aparat wysokiej klasy.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 23.
Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.
Lp. VII.8, 9, 10:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG, w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, wyposażonego w wysokiej jakości głowicę liniową, o częstotliwości w zakresie 3-11, polu widzenia FOV 35 mm oraz posiadająca 3 wybieralne częstotliwości dla obrazowania harmonicznego? Oferowane parametry głowicy bardzo nieznacznie odbiegają od wymagań Zamawiającego i nie ograniczają jakości diagnostycznej uzyskiwanych obrazów. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli złożyć konkurencyjną ofertę i jednocześnie nie zmniejszy funkcjonalności użytkowej systemu.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 24.
Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.
Lp. VII.13, 14, 15:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG, w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, wyposażonego w wysokiej jakości głowicę liniową, o częstotliwości w zakresie 4-15, polu widzenia FOV 47 mm oraz posiadająca 5 wybieralnych częstotliwości dla obrazowania harmonicznego? Oferowane parametry głowicy bardzo nieznacznie odbiegają od wymagań Zamawiającego i nie ograniczają jakości diagnostycznej uzyskiwanych obrazów. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli złożyć konkurencyjną ofertę i jednocześnie nie zmniejszy funkcjonalności użytkowej systemu.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 25.
Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.
Lp. IX.2. Konsola /Klawiatura alfanumeryczna podświetlana:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG, w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, bez podświetlanej

klawiatury alfanumerycznej? Wymóg podświetlania klawiatury alfanumerycznej nie ma żadnego uzasadnienia jako parametr decydujący o jakości pracy aparatu USG.
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach i pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 26.
Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.
Lp. IX.4. Ekran dotykowy min. 10" z przyciskami funkcyjnymi z możliwością programowania położenia poszczególnych przycisków, ich wielkości oraz przypisanych funkcji:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, który posiada ekran dotykowy 8,9", bez możliwości programowania położenia poszczególnych przycisków oraz ich wielkości? Tym samym zapewniamy, iż pokazywane na panelu dotykowym parametry zostały rozmieszczone w sposób zapewniający jak najlepszą ergonomię pracy w oparciu o wieloletnie doświadczenie producenta sprzętu oraz sugestie użytkowników. Dodatkowo możliwości konfiguracji pokazywanych parametrów na ekranie dotykowym nie ma wpływu na jakość przeprowadzanych na urządzeniu badań.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 27.
Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.
Lp. IX.10. Pobór mocy < 0,8 kVA:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, którego pobór mocy wynosi 1,2 kVA? Pragniemy zauważyć, że pobór mocy na poziomie < 0,8 kVA przewidziany jest dla aparatów USG średniej i niższej klasy, natomiast pobór o wartości 1,2 kVA jest standardem dla aparatu klasy wyższej, czyli takiego jakiego do zaoferowania wymaga Zamawiający w tym postępowaniu. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli złożyć konkurencyjną ofertę i jednocześnie nie zmniejszy funkcjonalności użytkowej systemu.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 28.
Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.
Lp. X.1. Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D /4D z głowic objętościowych convex, linia, endocavity, mikro-convex:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który nie posiada możliwości rozbudowy o obrazowanie 3D /4D z głowicy objętościowej mikro-convex? Pragniemy zauważyć, iż oferowany przez nas aparat USG może być rozbudowany o obrazowanie 3D/4D z głowic objętościowych convex, linia oraz endocavity, co pozwala na wykonanie zdecydowanej większości przewidzianych badań. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli złożyć konkurencyjną ofertę i jednocześnie nie zmniejszy funkcjonalności użytkowej systemu.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.
Pytanie nr 29.

Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.
Lp. X.2. Możliwość pracy z głowicami wolumetrycznymi typu convex, linia, endowaginalna, mikroconvex w trybie pracy 3D/4D dla B-mode, CHI, CD i STIC:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który nie posiada możliwości pracy z głowicą wolumetryczną typu mikroconvex w trybie pracy 3D/4D dla B-mode, CHI, CD i STIC? Pragniemy zauważyć, iż oferowany przez nas aparat USG może być rozbudowany o obrazowanie 3D /4D dla B-mode, CHI, CD i STIC z głowic objętościowych convex, linia oraz endocavity, co pozwala na wykonanie zdecydowanej większości przewidzianych badań.

Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli złożyć konkurencyjną ofertę i jednocześnie nie zmniejszy funkcjonalności użytkowej systemu.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 30.
Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.
Lp. X.4. Możliwość pracy z głowicami Linia i Convex z centralnym kanałem biopsyjnym . Podać modele:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, mającego możliwość pracy z głowicą convex z centralnym kanałem biopsyjnym oraz głowicą liniową wyposażoną w odpowiednią przystawkę biopsyjną? Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli złożyć konkurencyjną ofertę i jednocześnie nie zmniejszy funkcjonalności użytkowej systemu.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 31.
Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.
Lp. X.9. Możliwość rozbudowy o nową technologie obrazowania wirtualnej endoskopii na głowicach objętościowych:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG, w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, bez możliwości rozbudowy o nową technologie obrazowania wirtualnej endoskopii na głowicach objętościowych? Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli złożyć konkurencyjną ofertę i jednocześnie nie zmniejszy funkcjonalności użytkowej systemu.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 32.
Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.
Lp. X.10. Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie do badania narządów miąższowych (w tarczycy, nerkach, piersiach) z wizualizacją mikrozwapnień techniki inne niż opisane w 11.11-13:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który nie posiada dedykowanej funkcji do wizualizacji mikrozwapnień, lecz posiada możliwość poprawy zobrazowania mikrozwapnień poprzez zmianę parametrów obrazowania, takich jak n.: mapy szarości, koloru, dynamiki? Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli złożyć konkurencyjną ofertę i jednocześnie nie zmniejszy funkcjonalności użytkowej systemu.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 33.
Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.
W związku z przeznaczeniem oferowanego aparatu m.in. do badań naczyniowych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem oprogramowania służącego do oceny stanu sztywności tętnic, działającego w czasie rzeczywistym, które pozwala wyznaczyć średnicę naczynia i jego sztywność, z wykorzystaniem częstotliwości radiowych?
Odp.: Zamawiający nie wymaga dostarczenia w/w oprogramowania.

Pytanie nr 34.
Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby oferowany ultrasonograf posiadał możliwość pracy z głowicą liniową o częstotliwości pracy do 22 MHz.
Odp.: Zamawiający nie wymaga, aby oferowany ultrasonograf posiadał możliwość pracy z głowicą liniową o częstotliwości pracy do 22 MHz.

Pytanie nr 35.

Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.

Celem zapewnienia odpowiedniego komfortu pracy na oferowanym aparacie USG, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby oferowany ultrasonograf posiadał możliwość sterowania poziomem doświetlenia pomieszczenia bezpośrednio z ekranu dotykowego.

Odp.: Zamawiający nie wymaga, aby oferowany ultrasonograf posiadał możliwość sterowania poziomem doświetlenia pomieszczenia bezpośrednio z ekranu dotykowego.

Pytanie nr 36.

Zadanie 2 - Aparat USG - 1 kpl.

Celem zapewnienia odpowiedniego komfortu pracy na oferowanym aparacie USG, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby oferowany ultrasonograf posiadał monitor wysokiej rozdzielczości z matrycą IPS, która pozwala na wyświetlenie znacznie lepszego obrazu diagnostycznego (większe kąty widzenia, większa paleta barw, lepsze obrazowanie bieli i czerni).

Odp.: Zamawiający nie wymaga, aby oferowany ultrasonograf posiadał monitor wysokiej rozdzielczości z matrycą IPS, która pozwala na wyświetlenie znacznie lepszego obrazu diagnostycznego (większe kąty widzenia, większa paleta barw, lepsze obrazowanie bieli i czerni).

Pytanie nr 37.

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ § 3 ust. 6 „Termin i warunki wykonania"

„W okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na pełnowartościowy, w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego, które może być dokonane drogą elektroniczną na adres: ....., faksem na nr: ..... lub w formie pisemnej. Zmiana danych kontaktowych, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna względem Zamawiającego od momentu poinformowania o zmianie."

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wymiana na towar pełnowartościowy nastąpi po bezskutecznej próbie naprawy wadliwego elementu/podzespołu, powodującego wadliwość całego urządzenia.

Odp.: Tak, potwierdzamy.

Pytanie nr 38.

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ § 3 ust. 11 „Termin i warunki wykonania"

„Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego, na piśmie w terminie do 24 godzin, o potrzebie sprowadzenia części z zagranicy."

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu przedmiotowego punktu na następujący:

„Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego, na piśmie w terminie do 24 godzin od postawienia diagnozy, o potrzebie sprowadzenia części z zagranicy."

Odp.: Patrz, odpowiedź w pytaniu nr 10.

Pytanie nr 39.

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ § 3 ust. 13 „Termin i warunki wykonania"

„Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu, tego samego rodzaju powodująca jego wymianę na nowy nie może przekroczyć 3 napraw. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu, tego samego rodzaju powodująca jego wymianę na nowy przekroczy 3 naprawy, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe."

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu przedmiotowego punktu na następujący:

„Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu/podzespołu, tego samego rodzaju powodująca jego wymianę na nowy nie może przekroczyć 3 napraw. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu/podzespołu, tego samego rodzaju powodująca jego wymianę na nowy przekroczy 3 naprawy, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe."

Odp.: Patrz, odpowiedź w pytaniu nr 12.

Pytanie nr 40.

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ § 4 ust. 1 „Kary umowne i odstąpienia od umowy"

„1. Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 10 i 12;"
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu przedmiotowego punktu na następujący:
„1. Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 10 i 12;"
Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 41.
Zadanie 5 - Monitory diagnostyczne - 1 Kpl.
Zamawiający nie określił czy oczekuje zaoferowania monitorów kolorowych czy monochromatycznych, zgodnych z wymaganiami dla stanowiska diagnostycznego przeznaczonego do badań radiologii ogólnej (CR, DR, DX), określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz.265), z późniejszymi zmianami. Prosimy o doprecyzowanie.
Odp.: Zamawiający wymaga wyłącznie monitorów monochromatycznych.

Pytanie nr 42.
Zadanie 5 - Monitory diagnostyczne - 1 Kpl
W punkcie 14 Zamawiający wymaga funkcjonalności charakterystycznych dla jednego producenta monitorów medycznych, firmy Eizo. W praktyce monitory diagnostyczne pracują podłączone do komputera za pomocą jednego interfejsu i wymóg niezależnej kalibracji dla złącz DVI i DP wydaje się bezprzedmiotowy. Czy dla zachowania zasad uczciwej konkurencji, Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?
Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 43.
Zadanie 5 - Monitory diagnostyczne - 1 Kpl
W punkcie 15 Zamawiający wymaga funkcjonalności charakterystycznych dla jednego producenta monitorów medycznych, firmy Eizo. Układ kontroli czasu pracy podświetlenia nie ma żadnego przełożenia na wymagania dotyczące kontroli jakości w diagnostyce obrazowej określone w stosownych rozporządzeniach Ministra Zdrowia i takie zapisy powodują jedynie ograniczenie konkurencji. Czy dla zachowania zasad uczciwej konkurencji, Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu, jednocześnie dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 15.

Pytanie nr 44.
Zadanie 5 - Monitory diagnostyczne - 1 Kpl
W punkcie 17 Zamawiający wymaga funkcjonalno6ci charakterystycznych dla jednego producenta monitorów medycznych, firmy Eizo. Praktycznie taki sam efekt można osiągnąć odpowiednim i ustawieniami zasad zarządzania energią w systemie operacyjnym. Czy dla zachowania zasad uczciwej konkurencji, Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu, jednocześnie dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 17.

Pytanie nr 45.
Zadanie 5 - Monitory diagnostyczne - 1 Kpl
W punkcie 18 Zamawiający wymaga funkcjonalności charakterystycznych dla jednego producenta monitorów medycznych, firmy Eizo. Czy dla zachowania zasad uczciwej konkurencji, Zamawiający rezygnuje z tego zapisu?

Odp.: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu, jednocześnie dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 18.

Pytanie nr 46 .
Zadanie 6 - Stacja opisowa RTG - 1 kpl.
W punkcie 18 Zamawiający wymaga funkcjonalności charakterystycznych dla jednego producenta monitorów medycznych, firmy Eizo. W praktyce monitory diagnostyczne pracują podl4czone do komputera za pomocą jednego interfejsu i wymóg niezależnej kalibracji dla złącz DVI i DP wydaje się bezprzedmiotowy. Czy dla zachowania zasad uczciwej konkurencji, Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?
Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 47 .
Zadanie 6 - Stacja opisowa RTG - 1 kpl.
W punkcie 20 Zamawiający wymaga funkcjonalności charakterystycznych dla jednego producenta monitorów medycznych, firmy Eizo. Czy dla zachowania zasad uczciwej konkurencji, Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?
Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 48 .
Zadanie 6 - Stacja opisowa RTG - 1 kpl.
W punkcie 21 Zamawiający wymaga funkcjonalności charakterystycznych dla jednego producenta monitorów medycznych, firmy Eizo. Czy dla zachowania zasad uczciwej konkurencji, Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu, jednocześnie dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 21.

Pytanie nr 49 .
Zadanie 6 - Stacja opisowa RTG - 1 kpl.
W punkcie 22 Zamawiający wymaga funkcjonalności charakterystycznych dla jednego producenta monitorów medycznych, firmy Eizo. Układ kontroli czasu pracy podświetlenia nie ma żadnego przełożenia na wymagania dotyczące kontroli jakości w diagnostyce obrazowej, określone w stosownych rozporządzeniach Ministra Zdrowia i takie zapisy powodują jedynie ograniczenie konkurencji. Czy dla zachowania zasad uczciwej konkurencji, Zamawiający zrezygnuje z tych zapisów?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu, jednocześnie dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 22.

Pytanie nr 50 .
Zadanie 6 - Stacja opisowa RTG - 1 kpl.
W punkcie 24 Zamawiający wymaga funkcjonalności charakterystycznych dla jednego producenta monitorów medycznych, firmy Eizo. Czy dla zachowania zasad uczciwej konkurencji, Zamawiający zrezygnuje z tych zapis6w?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu, jednocześnie dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 24.

Pytanie nr 51 .
Zadanie 6 - Stacja opisowa RTG - 1 kpl.
W punkcie 25 Zamawiający wymaga funkcjonalności charakterystycznych dla jednego producenta monitorów medycznych, firmy Eizo. Praktycznie taki sam efekt można osiągnąć odpowiednimi ustawieniami zasad zarządzania energią w systemie operacyjnym. Czy dla zachowania zasad uczciwej konkurencji, Zamawiający zrezygnuje z tych zapisów?
Odp.: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu, jednocześnie dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 25.

Pytanie nr 52 .
Zadanie 6 - Stacja opisowa RTG - 1 kpl.

W punkcie 29 Zamawiający wymaga funkcjonalności charakterystycznych dla jednego producenta monitorów medycznych, firmy Eizo. Taki sam efekt można osiągnąć odpowiednimi ustawieniami zasad zarządzania energią systemu operacyjnego. Czy dla zachowania zasad uczciwej konkurencji, Zamawiający zrezygnuje z tych zapis6w?

Odp.: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu, jednocześnie dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 29.

Pytanie nr 53 .

Pytania do zadania nr 1 – aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności zaawansowany aparat EKG o następujących parametrach:

- ekran 15'' kolorowy, dotykowy z czujnikiem światła i możliwością edycji wyglądu ekranu i menu aparatu
- szczelna i odporna na zalanie klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna
- moduł pacjenta z wymiennymi pojedynczymi przewodami, z dedykowanym przyciskiem do rozpoczęcia badania bez konieczności powrotu do aparatu EKG, ze wskaźnikiem jakości podłączenia elektrod do pacjenta
- CMRR >140dB, próbkowanie 16000Hz, szerokość pasma 0,01 do 300 Hz, przetwornik A/C 24 bity
- pamięć wew. na 1000 badań z możliwością rozszerzenia za pomocą dysków USB oraz karty SD
- złącze VGA do podłączenia aparatu do projektora – ułatwia prowadzenie wszelkich zajęć dydaktycznych oraz prezentacji naukowych
- złącze LAN do podłączenia aparatu do sieci (obsługiwany statyczny i dynamiczny adres IP)
- ciągły zapis do 30 min badania spoczynkowego EKG
- obsługa 12/15 oraz 18 odprowadzeń do diagnozowania m.in. zawałów serca
- analiza i reanaliza zapisu EKG bezpośrednio na aparacie EKG
- wskaźnik graficzny prawidłowości podłączenia elektrod do pacjenta, możliwość zamiany odprowadzeni z błędnie podłączonych elektrod już po wykonaniu badania
- praca na jednym ładowaniu akumulatora przez ponad 3,5h
- możliwość rozbudowy o moduł testów wysiłkowych
- możliwość rozbudowy o funkcję badania późnych potencjałów
- wbudowana obsługa DICOM worklist oraz HL7
- eksport badania w formacie PDF
- funkcje administracyjne zabezpieczane hasłem
- funkcja blokowania możliwości eksportu badań na zewnętrzne nośniki danych (USB, karty SD itd.) w celu ochrony wrażliwych danych jakimi są dane medyczne pacjentów
- obsługa czytników kodów kreskowych 1D oraz 2D
- dedykowany wózek z ramieniem na przewód pacjenta oraz półkami i kuwetami na akcesoria

Odp.: Nie, Zamawiający dopuści wyłącznie aparat EKG, którego parametry techniczne są równoważne lub wyższe od wymaganych w SIWZ.

Pytanie nr 54.

Dotyczy: zapisy wzoru umowy, załącznik nr 4 do SIWZ

1. Ad § 2 ust. 8

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Naliczenie kary umownej nastąpi poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem.

Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 55.

Dotyczy: zapisy wzoru umowy, załącznik nr 4 do SIWZ

2. Ad § ust. 13

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Prosimy o wykreślenie zapisów drugiego zdania ww. punktu. Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy

podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Odp.: Patrz, odpowiedź w pytaniu nr 12.

Pytanie nr 56.

Zadanie 6 - Stacja opisowa RTG' 1 kpl.

W punkcie 6 Zamawiający wymaga:

"1x Czytnik kart SD zlicowany z obudową (nie zajmujący żadnego slotu 2,5", 3,5' 5,25)" Jednocześnie zamawiający wymaga aby komputer był wyposażony tylko w jeden napęd CD/DVD zamontowany w "9,5 mm Stim Optical Drive Bay", a obudowa posiadała dwie dodatkowe zewnętrzne zatoki 5,25" . Czy zamawiający dopuści dostarczenie komputera z czynnikiem kart SD zamontowanym w jednej z wolnych, zewnętrznych zatok 5,25'? Nie spowoduje to utraty funkcjonalności i ergonomii .

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 57.

Zadanie 6 - Stacja opisowa RTG' 1 kpl.

2. W punkcie 14 Zamawiający wymaga:

" Dedykowana przez producenta monitorów medycznych karta graficzna z min. Trzema Cyfrowymi wyjściami sygnału w tym min. 2xDisplayPort; sygnał 10-bit, pamięć min- 1GB

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51 , poz. 265), z po2nieiszymi zmianami, nie określono wymagania dostarczania karty graficznej wyprodukowanej przez producenta monitorów diagnostycznych. Określone są jedynie parametry jakie ma spełniać wyświetlany obraz i sprzęt, w kontekście karty graficznej jest to rozdzielczość obrazu i głębia bitowa skali szarości (10-bit). De facto producenci monitorów diagnostycznych nie produkują własnych kart a jedynie "brandują" własną marką. Czy dla zachowania zasad uczciwej konkurencji, Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu i dopuści dowolną kartę spełniającą wymagania określone w w/w rozporządzeniu?

Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 58.

Dotyczy Załącznika nr 2 Zadanie nr 2-

Zamawiający w X.6, X.7, X.8 wymaga odpowiednio

1.	Praca w sieci komputerowej z transmisją danych i obrazów wg standardu DICOM 3.0 z protokołami komunikacyjnymi minimum: - Media Storage - Verification - Storage (NetWork) - Print - Storage Commitment - MWM (Modality Worklist Management) - Query / Retrieve - Structure Reporting	Tak	Wymagane	
2.	Integracja z systemem szpitalnym HIS/RIS firmy PIXEL	Tak	Wymagane	
3.	Oferowany aparat musi być wyposażony w: - kartę sieciową ze złączem LAN - interfejs USB 2.0 High Speed - wyjście cyfrowe DVI - wyjście S-YHS.	Tak	Wymagane	

Wnosimy o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej i wykreślenia pkt. X.6, X.7, X.8 . Opisane w punktach X.6, X.7, X.8, jako możliwość rozbudowy funkcjonalności, są już wyżej wyspecyfikowane wymagane w dziale VII archiwizacja.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie pkt. X.6, X.7, X.8.

Pytanie nr 59.

***Cześć nr 2 – Aparat USG*, dotyczy punktu II.15.**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który posiada elastografię akustyczną SW, jednakże dostępną tylko na głowicy convex?
Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 60.
***Cześć nr 2 – Aparat USG*, dotyczy punktu II.17.**
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który posiada elastografię akustyczną działającą w czasie rzeczywistym tylko na głowicy convex, w której pole jest o nierulowanej wielkości oraz nie wypełnia się kolorem?
Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania funkcji elastografi akustycznej działającej w czasie rzeczywistym tylko na głowicy convex, urządzenie powinno umożliwiać wykonywanie elastografi co najmniej przy użyciu głowicy convex i liniowej.

Pytanie nr 61.
***Cześć nr 2 – Aparat USG*, dotyczy punktu II.18.**
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który posiada elastografię akustyczną SW, w której pole jest o nierulowanej wielkości oraz nie wypełnia się kolorem? Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 62.
***Cześć nr 2 – Aparat USG*, dotyczy punktu II.24.**
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który posiada triplex 2D + CD + PWD dla zerowego kąta od -7,65 do +7,65 m/s?
Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 63.
***Cześć nr 2 – Aparat USG*, dotyczy punktu III.9.**
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który posiada pamięć CINE określoną w ilości klatek i wynosi 21 000 klatek?
Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 64.
***Cześć nr 2 – Aparat USG*, dotyczy punktu IV.3.**
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, którego doppler spektralny z możliwością pomiaru prędkości przepływu przy kącie zero stopni wynosi od -7,65 do +7,65 m/s? Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 65.

***Cześć nr 2 – Aparat USG*, dotyczy punktu VII.1.**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który posiada głowicę convex wykonaną w technologii matrycowej o zakresie częstotliwości 1,0-6,0 MHz, z kątem widzenia 75 stopni, składającą się z 960 elementów, jednakże nie kompatybilną z aparatem Aplio MX.?

Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 66.

***Cześć nr 2 – Aparat USG*, dotyczy punktu VIII.8.**

Czy Zamawiający posiada licencję na integrację aparatu z systemem szpitalnym HIS/RIS czy zakup tej licencji jest po stronie oferenta?

Odp.: Nie, Zamawiający nie posiada w/w licencji, tym samym wymaga aby oferta Wykonawcy obejmowała zakup tej licencji.

Pytanie nr 67.

***Cześć nr 2 – Aparat USG*, dotyczy punktu IX.10.**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, o poborze mocy max. 900 VA (z podłączonymi opcjonalnie urządzeniami rejestrującymi) i max. 580 VA (tylko jednostka główna)? Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 68.

***Cześć nr 2 – Aparat USG*, dotyczy punktu X.1.**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który posiada możliwość rozbudowy o obrazowanie 3/4D z głowic objętościowych na różnych głowicach, jednakże bez obrazowania 3/4D na głowicy mikro-convex? Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż producent przewiduje taką możliwość w przyszłości. Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 69.

***Cześć nr 2 – Aparat USG*, dotyczy punktu X.9.**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który nie posiada na dzień składania ofert możliwości rozbudowy o technologię umożliwiającą obrazowanie wirtualnej endoskopii na głowicach objętościowych? Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 70.

***Cześć nr 2 – Aparat USG*, dotyczy punktu X.10.**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który nie posiada na dzień składania ofert możliwości rozbudowy o specjalistyczne

oprogramowanie do badania narządów miąższowych? Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 71.
***Cześć nr 2 – Aparat USG*, dotyczy SIWZ.**
Zamawiający zamierza zakupić aparat na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej, czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowany aparat posiadał możliwość rozbudowy systemu o głowicę proktologiczną, radialną o kącie obrazowania 360 stopni, zakresie częstotliwości min. 3,0 - 9,0 MHz?
Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga zaoferowania aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 72.
***Cześć nr 2 – Aparat USG*, dotyczy SIWZ.**
Zamawiający zamierza zakupić aparat na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej, czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowany aparat posiadał możliwość rozbudowy o głowicę liniową laparoskopową typ giętki o zakresie częstotliwości min. 3,0 – 9,0 MHz?
Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga zaoferowania aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 73.
***Cześć nr 2 – Aparat USG*, dotyczy SIWZ.**
Zamawiający zamierza zakupić aparat na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej, czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowany aparat posiadał funkcję umożliwiającą otrzymanie obrazu spektrum, w czasie rzeczywistym, z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich? Funkcja ta jest niezastąpiona do niektórych pomiarów np. E/e'.
Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga zaoferowania aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Pytanie nr 74.
***Cześć nr 2 – Aparat USG*, dotyczy SIWZ.**
Zamawiający zamierza zakupić aparat na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej, czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowany aparat posiadał możliwość rozbudowy o opcję do oceny zwłóknienia wątroby z wykorzystaniem elastografii typu strain na głowicach convex i liniowych?
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu USG o w/w parametrach/funkcjonalnościach.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian

DYREKTOR

płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK

wyk. Tomasz Miętek, tel. 261 852 689
Dnia 27.04.2017r.
T – 14/13