Warszawa, dn. 06.04.2018r.

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ
Nr. 948/18
Wpłynęło 06 KWI. 2018
Zał. — Ark./Str. 4
02 02

Treść zapytań oraz wyjaśnienia
dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych i medycznych, znak sprawy: 3/ZP/18.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp", w związku z pytaniami dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami:

Dotyczy: część 3 pozycja 58
Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 sztuki (czerwony, niebieski) z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 do osobnego pakietu?
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 5 – MATERIAŁY OPATRUNKOWE „B"
Pozycja 23. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów pakowanych odpowiednio: M – 36 szt, L – 32 szt, XL – 28 szt.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 26. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego pakowanego a ' 36 szt.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 27. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zdejmowania szwów pakowanego a ' 96 szt.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 33, 34. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów w kolorze zielonym.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 35 - 36. – czy nie nastąpiła pomyłka i zamiana rozmiarów pieluchomajtek, gdyż rozmiar **L** z pozycji 36 ma większy obwód bioder niż rozmiar **XL** z pozycji 40. W związku z tym czy w pozycji 35 powinien być rozmiar **L** , natomiast dla pozycji 41 powinien być rozmiar **XL.**

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w część nr 5 w pozycji 35 powinien być rozmiar L, natomiast dla pozycji 36 powinien być rozmiar XL.

Zapisy pod pakietem;
- czy nie nastąpiła pomyłka i Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji potwierdzającego sterylizację para wodną dla pozycji 31(kompresy włókninowe jałowe) zamiast pozycji 32 (zestaw do znieczuleń przewodowych).

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:
- rozdział IX ust. 6. pkt. 2) lit d) otrzymuje nowe brzmienie:
„d) Raport walidacji procesu sterylizacji potwierdzający sterylizację parą wodną – *dot. części 5, poz. nr 17, 18, 19, 20, 31";*
- formularz cenowy załącznik nr 2 do SIWZ, część nr 5 - MATERIAŁY OPATRUNKOWE „B", zapis pod częścią pkt. 5. otrzymuje nowe brzmienie:
„5. Dla pozycji 17, 18, 19, 20, **31** zamawiający żąda przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji potwierdzającego sterylizację parą wodną".

Dotyczy: 3/ZP/18, Część NR 1 - MATERIAŁY OPATRUNKOWE "A", pozycja 29
Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 29 z Części nr 1 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: 3/ZP/18, Część NR 3, pozycja 58
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 525 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,1ml. Przejrzysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętniczych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być używany do 500 aktywacji. Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: 3/ZP/18, Część NR 3, pozycja 63
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 525 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,1ml. Przejrzysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga

zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętniczych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być używany do 500 aktywacji. Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 58 z Części nr 3 i stworzy osobny pakiet?
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 63 z Części nr 3 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający **w części nr 4 w pozycji 5** dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu, dwustronna powierzchnia wymiany z papierowym wkładem, (b. małe opory). Nawilżanie - 25 mg/l H2O przy 10 oddechach/ min i objętości oddechowej 1000 ml. Opory przepływu 0,9 hPa (cm H2O) przy przepływie (30 l/min) i 3,5 hPa (cm H_2O) przy przepływie 90l/min?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający **w części nr 4 w pozycji 19** dopuści wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej zapakowany sterylnie w opakowanie folia-papier, wewnętrzny karton zabezpieczający i wewnętrzną niebieską folię, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym z wbudowanym zabezpieczeniem przed zagięciem, spełniający pozostałe wymagania przedmiotu zamówienia?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający **w części nr 4 w pozycji 24** dopuści prowadnicę intubacyjną do ukształtowania, krótką, w rozmiarach 2,0 mm, 4,0 mm i 5,0 mm dostosowaną do rurek w rozmiarach od 2,5 mm do 11,0 mm, spełniającą pozostałe wymagania przedmiotu zamówienia?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1 poz. 5,6,7,8,9
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycjach 5,6,7,8,9 dopuści przylepiec o długości 9,1 m-9,14?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1 poz. 35
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 pozycji 35 dopuści prześcieradło o gramaturze 2x18g?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Do Umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w naliczaniu kar umownych w §9 ust. 1 pkt 1 tj. naliczanie kary od wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia, a nie od wartości umowy?
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Do formularza ofertowego
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z formularza tych pakietów, na które wykonawca nie składa oferty?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Część 12, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 95 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z osłoną na genitalia

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część 14, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 38g/m2?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Część 14, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści koszulę w całości wykonaną z jednego wykroju, z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, z rozcięciem z przodu, bez troków, o długości 120cm oraz szerokości 70cm?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Część 14, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści majtki wykonane z włókniny typu spunlance o gramaturze 45g/m2 w kolorze białym?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Część 14, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepna wykonaną z włókniny typu spunlance o gramaturze 68g/m2?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Część 14, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na przenikanie cieczy 188cm H2O oraz wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro min. 95kpa?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Część 14, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'1sztuka?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy produktów zamówienia:
część nr 1: czy Zamawiający wyłączy pozycje 1-4 do odrębnego pakietu?
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zapisów umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1) i 2) wzoru umowy słowa „opóźnienia" i „opóźnienie" zostały zastąpione odpowiednio słowami „zwłoki" i „zwłoka"?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi

stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c."
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3" zostało zastąpione wyrażeniem „wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie"? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy wyrażenie „wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3" zostało zastąpione wyrażeniem „wartości brutto towaru wadliwego"?
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości towaru, którego dotyczy naruszenie umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru, którego dotyczy naruszenie umowy, a nawet może przewyższyć tę wartość. Taka kara będzie rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszy zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warto zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Tymczasem zastosowany przez Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mógłby znaleźć zastosowanie także w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodzą w skład przedmiotu zamówienia. Takie ukształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę."
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy wyrażenie „10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3" zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto umowy"?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 8 pkt 7) wzoru umowy zostało dodane wyrażenie o następującej (lub podobnej) treści: „; przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy"?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie prawdopodobnie zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy i skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 10 ust. 1 lit. a) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 1 dotyczące Części 8, pozycja 1-4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższych pozycjach rękawic w opakowaniach papier-papier wewnętrznie jednostronnie foliowanych. Jednocześnie potwierdzam, iż powyższe opakowania spełniają wymagania normy EN 455 i gwarantują zachowanie sterylności

do momentu otwarcia.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczące Części 8, pozycja 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji 3 rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu. Jest to metoda równoważna z metodą sterylizacji radiacyjnej - jednocześnie jest najbardziej popularną metodą chemicznej sterylizacji wyrobów medycznych.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczące Części 8, pozycja 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompletu dwóch par rękawic, gdzie rękawica zewnętrzna posiada powierzchnię zewnętrzną mikroteksturowaną, natomiast rękawica wewnętrzna jest gładka.
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 dotyczące Części 8, pozycja 6
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o nieznacznie mniejszej grubości na palcu tj. 0,06 mm oraz poziomie AQL ≤1.5, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 dotyczące Części 8, pozycja 7
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic diagnostycznych z nitrylu, w kolorze niebieskim lub fioletowym, o grubości na palcu 0,12 mm. Pragniemy zaznaczyć, że palce to część dłoni najbardziej narażona na uszkodzenia - oferowane przez nas rękawice są szczelne, elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, jednocześnie zapewniając bardzo dobrą chwytność i wrażliwość dotyku. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 dotyczące Części 8, pozycja 8
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w /w pozycji rękawic nitrylowych w kolorze różowym, o powierzchni zewnętrznej pokrytej polimerem, powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej, chlorowanej oraz pokrytej kolagenem i alantoiną, co zapewnia utrzymanie właściwego nawilżenia skóry oraz zapobiega transepidermalnej utracie wody z naskórka. Dodatkowo zawartość allantoiny zapewnia natychmiastową regenerację, łagodząc podrażnienia wynikające z pracy w szczególnie niesprzyjających warunkach. Rękawice w opakowaniach a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zapisów umowy §9 pkt.1, 2
Prosimy o potwierdzenie, że kara umowna naliczona zostanie wyłącznie w oparciu o wartość tej dostawy, której dotyczy opóźnienie.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zapisów umowy §9 pkt.3
Prosimy o potwierdzenie, że kara umowna naliczona zostanie wyłącznie w oparciu o wartość tej dostawy / faktury, której dotyczy omyłkowa zmiana.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zapisów umowy §9 pkt.4
Prosimy o potwierdzenie, że kara umowna naliczona zostanie wyłącznie w oparciu o wartość niezrealizowanej umowy.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zapisów umowy §8
Prosimy o wyjaśnienie, w jakich przypadkach Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy poddania się kontroli w zakresie określonym w §8 oraz o dokładniejsze wyjaśnienie czego ta kontrola może dotyczyć i przez kogo może zostać przeprowadzona.

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy zapisy §8 wzoru umowy nie naruszają praw wykonawcy do ochrony poufnych danych i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SIWZ: Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy § 8 zostaje usunięty.

Dotyczy Oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie załączenia wraz ofertą Oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku gdy firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie okresu wchłaniania gąbek hemostatycznych 3-4 tygodnie.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 1-2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowanie zbiorczego po 10 szt. gąbek z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowanie zbiorczego po 6 szt. gąbek z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4
Zwracamy się z prośbą Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowanie zbiorczego po 32 szt. lub po 100 szt. gąbek z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR
płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK

wyk. mgr Beata Stoś, tel. 261 852 309
Dnia 05.04.2018r.
T – 14/13

Joanna Ziarkiewicz
mgr farmacji