



Warszawa, dn. 27.05.2019r.

**WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCyny  
LOTNICZEJ**

WIML.PA.SPLiZP.261.5/ZP/19.2019



**WOJSKOWY INSTYTUT  
MEDYCyny LOTNICZEJ**

Nr. 383/19

27 MAJ 2019

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia**

**02 01-001-19-02 dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

*dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych, znak sprawy: 5/ZP/19.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, w związku z pytaniami dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami:

**CZEŚĆ Nr 7 – dezynfekcja do myjni endoskopowej**

**Pyt. 1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie płynów w oryginalnych opakowaniach handlowych producenta - zawierających 3 kanistry danego środka?

*Szacowana przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo-cenowym ilość płynów jest podzielna przez wielkość opakowania handlowego.*

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pyt. 2)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynów bez badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność dezynfekcji w posiadanej przez szpital myjni ETD4 PAA, co pozwoli zaoferować tańsze płyny, ale zwiększy ryzyko nieskutecznej dezynfekcji?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pyt. 3)**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płynów bez pozytywnej opinii producenta myjni posiadanej przez szpital - ETD4 PAA, co pozwoli zaoferować tańsze płyny, ale zwiększy ryzyko uszkodzenia posiadanej myjni i wideoendoskopów?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pyt. 4)**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane płyny PAA posiadały badanie skuteczności procesu dezynfekcji w posiadanej myjni - typ ETD4 PAA, zgodnie z normą EN 15883-4 i przedstawienie ich na wezwanie Zamawiającego?

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pyt. 5)**

**Pakiet 3. Poz. 5.** Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego wymogi SIWZ w opakowaniach a 750ml, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 6)**

**Pakiet 4. Poz. 10.** Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska, jest "Paski testowe do preparatu z poz. 8", powinno być "Paski testowe do preparatu z poz. 9"

**Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ w części nr 4, poz. 10, otrzymuje nowe brzmienie: „Paski testowe do preparatu z poz. 9”**

**SZEF LOGISTYKI**



**mgr inż. Zbigniew ŻUKOWSKI**