



Warszawa, dn. 13.06.2019r.

**WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCyny
LOTNICZEJ**

WIML.PA.SPLiZP.261.7/ZP/192019

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCyny LOTNICZEJ	
Nr.	1633/19
Wpłynęło.	13 CZE/2019
Zał.	~
Ark./Str.	10
02	02

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia
dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę laboratoryjnych wyrobów jednorazowych oraz odczynników laboratoryjnych z dzierżawą urządzeń (7/ZP/19)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, w związku z pytaniami dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami:

Pyt. 1)

Część nr 3, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykrywającego specyficzne przeciwciała *Treponema pallidum* w próbkach ludzkiego osocza?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2)

Część nr 3, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 30 testów z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3)

Dotyczy SIWZ

Czy zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Lub, zgodzi się na podanie cen za opakowania jednostkowe? Prośbę motywujemy bardzo niską ceną jednostkową wyrobów z części nr 1.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4)

Dotyczy przedmiotu zamówienia Część 1:

poz. 12 Czy Zamawiający dopuści końcówki do pipet automatycznych o poj. 20 ul?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 5)

Dotyczy przedmiotu zamówienia Część 1:

poz. 13 Czy Zamawiający dopuści próbkę 20 ml o wymiarach 16x150 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 6)

Dotyczy przedmiotu zamówienia Część 1:

poz. 15 Czy Zamawiający zgodzi się na bakiety szkalne o wymiarach 4x200 mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 7)

Dotyczy przedmiotu zamówienia Część 1:

poz. 15 Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy dopuści bagietki szklane o wymiarach 6x300 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 8)

Pakiet 1 Poz.6 Czy Zamawiający dopuści próbówki o wym. 16x105 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 9)

Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści próbówki o wym. 16x150 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 10)

Dot. części 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzeń używanych? Oferowany sprzęt objęty będzie pełną opieką serwisową oraz przeglądami zgodnie z zaleceniami producenta.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 11)

Par. 1 ust. 10, par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie: Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej częstotliwości – dlatego proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 12)

Par. 2 ust. 6 - 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy zamówienia wolnego od niezgodności i braków wynosił 5 dni?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 13)

Par. 2 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 14)

Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 15)

Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 16)

Par. 8 ust. 1 pkt 1 - 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 17)

Par. 8 ust. 1 pkt 3 - 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 18)

Par. 8 ust. 1 pkt 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 19)

Par. 8 ust. 7 pkt 4 - 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Część 6, punkt I - wymagania dotyczące odczynników.

Pyt. 20)

Czy zamawiający dopuści odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę króliczą o ISI 1,0+/-0,1 stabilną na pokładzie do 2 dni, bez możliwości oznaczenia fibrynogenu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 21)

Czy zamawiający dopuści odczynnik do APTT ciekły, gotowy do użycia wyprodukowany w oparciu o roślinne fosfolipidy o stabilności 7 dni na pokładzie aparatu i nieokreślonej przez producenta stabilności w lodówce?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 22)

Czy zamawiający dopuści odczynnik do fibrynogenu w oparciu o klasyczną metodę Clausa, opakowanie podzielone na fiołki nie większe niż 4 ml, odczynnik stabilny na pokładzie aparatu 7 dni, a w lodówce po otwarciu 2 miesiące?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6, punkt II - Parametry graniczne analizatora koagulologicznego.

Pyt. 23)

Czy zamawiający dopuści analizator nie starszy niż z 2016 roku po przeglądzie?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 24)

Czy zamawiający dopuści analizator dokonujący oznaczenia krzepnięcia metodą mechaniczną w oparciu o zjawisko wiskozymetrii?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 25)

Czy zamawiający dopuści możliwość oznaczenia fibrynogenu wyłącznie metodą Clausa bez wyliczenia czasu protrombinowego?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 26)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora obsługiwanego tylko przy pomocy klawiatury bez użycia myszy komputerowej?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 27)

Część 4, punkt II - Parametry graniczne analizatora do OB.

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferować nowy półautomatyczny analizator do OB?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 28)

Pytanie dotyczy Części 6.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu analizator po generalnym przeglądzie wyprodukowany w roku 2017?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 29)

Dotyczy: część nr 3, pozycja nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testu konfekcjonowanego po 500 sztuk w opakowaniu, z opcją przeliczenia na liczbę testów wymaganą przez Zamawiającego.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 30)

Dotyczy: część nr 3, pozycja nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do oznaczeń przeciwciał Treponema pallidum z surowicy?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 31)

Dotyczy: część nr 3, pozycja nr 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testu konfekcjonowanego po sztuk w opakowaniu, z opcją przeliczenia na liczbę testów wymaganą przez Zamawiającego.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące części nr 5

Parametry graniczne analizatora:

Pyt. 32)

Dot 1. Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności do 400 oznaczeń / godzinę?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 33)

Dot 2. Czy Zamawiający dopuści odczyt parametrów fizyko-chemicznych z możliwością wprowadzania barwy manualnie?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 34)

Dot 5. Czy Zamawiający dopuści analizator o pamięci 1000 wyników (łącznie z kontrolą jakości)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 35)

Dot 6. Czy Zamawiający dopuści płynny materiał do wewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości na bazie moczu sztucznego?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 36)

Dot. 17. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym pola na pasku diagnostycznym wykrywają nieuszkodzone erytrocyty oraz wolną hemoglobinę?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 37)

Dot 18. Czy Zamawiający dopuści analizator z automatyczną kalibracją podczas każdorazowego uruchamiania analizatora?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

SIWZ:

Pyt. 38)

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostka miary jest sztuka?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 39)

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Kryteria oceny ofert dla Części nr.1 –Termin realizacji zamówienia pkt. XVI SIWZ:

Pyt. 40)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni?

Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest termin dostawy. Waga tego kryterium została przez Zamawiającego ustalona na 40 %.

Ze sposobu liczenia punktów w tym kryteriów określonym w SIWZ wynika, że najwyżej oceniony zostanie termin dostawy wynoszący 1 dzień.

Czyli wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień otrzyma 40 pkt., a wykonawca, który zaoferuje też bardzo krótki termin dostawy np. 2 dniowy - tylko 20 pkt. Tak dużej różnicy punktowej drugi wykonawca nie jest w stanie zrekompensować ceną.

Jednodniowy termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, wykonawcy, którzy za wszelką cenę, chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert.

Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy dostaw ciągłych, cyklicznych dla wykonawcy jest trudne do spełnienia. Korzysta on bowiem na ogół z usług firm przewozowych, które co prawda gwarantują dostawy następnego dnia roboczego po odbiorze towaru z magazynu wykonawcy, ale należy pamiętać, że aby towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie, wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar. Jeśli zamówienie wpłynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadążyć z realizacją zamówienia w dniu, w którym ono wpłynęło.

Dlatego też uważamy, że oferowanie jednodniowego terminu dostawy jest działaniem wykonawcy stanowiącym czynem nieuczciwej konkurencji. Za czyn nieuczciwej konkurencji KIO uznaje bowiem zachowania zmierzające do wygrania przetargu "za wszelką cenę" w postaci oferowania nierealnych warunków realizacji zamówienia. Jednoznacznie jest wskazane, że zaoferowanie warunków nierealnych, które nie są w warunkach rzeczywistych możliwe do spełnienia, godzi w dobre obyczaje i narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 lipca 2012 r., o sygnaturze KIO 1306/12: *"Utrudnianiem dostępu do rynku może być każde nieuczciwe działanie innego przedsiębiorcy, które powoduje eliminowanie z wolnej gry rynkowej innych przedsiębiorców rzetelnie oferujących swoje towary czy usługi (...). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, takie działania nakierowane by były na uzyskanie przedmiotowego zamówienia - zmierzały do wygrania za wszelką cenę przetargu prowadzonego przez zamawiającego, nawet jeśli w tym celu podano nierealny czas reakcji grupy interwencyjnej, co w istocie stanowiłoby zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami w działalności gospodarczej, godzące w zasady uczciwej konkurencji. Takim zachowaniem z całą pewnością jest oferowanie świadczenia w konkretnych warunkach niewykonalnego do spełnienia (...) po to tylko, by uzyskać zamówienie.*

Zamawiający, który jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości nie powinien poprzez kryteria oceny ofert godzić się na nieuczciwe czyny wykonawców, dlatego też powinien określić minimalny termin dostawy (np. 2 dni).

Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy 2 dni robocze, który jest terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla wykonawców mających siedzibę w różnych miejscach kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem zamówienia nie są produkty unikatowe, ratujące życie. Zamawiający używa ich stale i może planować wcześniej zapotrzebowanie, dlatego brak jest merytorycznego uzasadnienia, dla jednodniowego terminu dostawy.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Projekt umowy :

Pyt. 41)

Dotyczy § 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 42)

Dotyczy § 9 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie sformułowania: Zmiany zaczną obowiązywać od dnia wejścia przepisów w życie bez konieczności zawierania dodatkowego aneksu”?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 43)

Dotyczy §8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 10% z całkowitego wynagrodzenia netto pozostającego do zapłaty za niezrealizowaną w wyniku odstąpienia od części umowy, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Opisu przedmiotu zamówienia:

Pyt. 44)

Dotyczy Pakietu 1 pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbki o średnicy 16mm?
Różnica 1mm, w żaden sposób nie wpływa na właściwości użytkowe produktu

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu 1 pozycja 7

Pyt. 45)

Czy Zamawiający wymaga szkiełek podstawowych szlifowanych?

Odp.: Nie.

Pyt. 46)

Jeżeli nie, to czy wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek ciętych 76x26mm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 47)

Dotyczy Pakietu 9 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bagietek szklanych o średnicy 8mm, pozostałe wymogi bez zmian?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy SIWZ, Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, część 4:

Pyt. 48)

Dotyczy formularza cenowego, opisu przedmiotu (konfekcjonowanie)

Czy Zamawiający dopuści konfekcjonowanie kart 1000, 5000, 10000 testów, a Wykonawca przeliczy odpowiednią ilość kart tak aby zapewnić wykonanie wymaganej ilości oznaczeń?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 49)

Dotyczy Parametry graniczne analizatora do OB, pkt 8:

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym jako wynik OB jest odczytywany poziom sedimentacji krwinek po 20 minutach od odczytu początkowego poziomu krwi, a wynik uzyskany w procesie takiego odczytu jest zgodny z metodą Westergrena ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 50)

Dotyczy Parametry graniczne analizatora do OB pkt 10:

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym minimalna objętość krwi wymagana w probówce to 1,5 ml?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 51)

Dotyczy Parametry graniczne analizatora do OB pkt 11:

Czy Zamawiający dopuści analizator, który nie pobiera materiału do wykonania oznaczenia OB, a tym samym nie produkuje żadnych ścieków?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 52)

Dotyczy Parametry graniczne analizatora do OB pkt 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora bez wbudowanego inkubatora, natomiast ze stałą korektą temperatury tak aby wykonywane oznaczenia były wiarygodne?

Analizator został tak zaprojektowany, aby cały czas aktywna była korekta temperatury. Dzięki temu uzyskiwane wyniki wykazują zgodność z wynikami jakie byłyby uzyskane w temperaturze 18°C, zgodnie z Nomogramem Manley'a.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 53)

Dotyczy Parametry graniczne analizatora do OB pkt 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym nie ma ryzyka kontaminacji w związku z faktem, iż analizator nie pobiera próbki do analizy?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 54)

Dotyczy Parametry graniczne analizatora do OB pkt 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym istnieje możliwość skorygowania wyniku OB względem wartości HCT?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 55)

Dotyczy Parametry graniczne analizatora do OB pkt 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który nie wymaga do pracy kalibratora?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

I. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ:

Pyt. 56)

§2 ust. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu:

„lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: www.....”

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 57)

§2 ust. 13:

Uprzejmie prosimy o wykreślenie zdania: „Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia dokonywanie każdorazowej kalibracji analizatora” lub dopisanie: „jeśli dotyczy”.

Každorazowa kalibracja nie jest potrzebna przy analizatorze w pakiecie nr 4. Wskazany zapis wysoko podniesie koszt oferty, nie przynosząc tym samym żadnych wymiernych korzyści Zamawiającemu.

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ - Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy §2 ust. 13 otrzymuje nowe brzmienie:

„13. W okresie dzierżawy wszelkie naprawy, przeglądy techniczne (okresowe) zgodnie z wymogami producenta, konserwacje oraz utrzymanie w sprawności technicznej analizatora/mikroskopu/wirówki laboratoryjnej¹ wykonuje Wykonawca w cenie umowy, własnymi siłami. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia dokonywanie każdorazowej kalibracji analizatora, jeśli jest wymagana”.

Pyt. 58)

§8 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) oraz §8 ust. 7 pkt 5):

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 59)

§8 ust. 1 pkt 5):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 20% na 10%?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 60)

§8 ust. 7 pkt 4):

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

II. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy powierzenia (dot. części 4-6) – Załącznik nr 2 do umowy na 13 ark. do SIWZ:

Pyt. 61)

§1 ust. 6:

Prosimy o rozszerzenie zakresu czynności o dodatkowo: „przeglądania oraz usuwania”.

Inżynier serwisowy podczas czynności serwisowych może dokonywać powyższego zakresu, co pozostaje w zgodzie z wymogiem Zamawiającego dotyczącym usunięcia danych po zakończeniu Umowy.

¹ Zapis zostanie wprowadzony odpowiednio do części, której dotyczy.

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ - Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy powierzenia dotyczy części 1 – Załącznik nr 2 do umowy na 13 ark. §1 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„6. W stosunku do danych osobowych podejmowane mogą być następujące kategorie czynności przetwarzania: utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie, przeglądanie oraz usuwanie”.

Pyt. 62)

§2 ust. 19:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie zdania:

„*wyłącznie w zakresie danych dotyczących realizacji umowy Głównej, których Powierzający jest Administratorem*”.

Przekazywanie innych danych prowadziłoby do gromadzenia danych nadmiarowych przez Zamawiającego, a wskazany zapis prowadziłby do sytuacji zmuszenia Wykonawcy do przekazywania danych Zamawiającemu do których Zamawiający nie jest upoważniony. W rezultacie doprowadziłby do naruszenia RODO zarówno przez Wykonawcę jak i przez Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ - Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy powierzenia dotyczy części 1 – Załącznik nr 2 do umowy na 13 ark. §2 ust. 19 otrzymuje nowe brzmienie:

„19. Procesor ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Powierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Procesora, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Procesora, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Procesora, w szczególności prowadzonych przez organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, wyłącznie w zakresie danych dotyczących realizacji umowy Głównej, których Powierzający jest Administratorem.”

Pyt. 63)

§2 ust. 18 pkt 3):

Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu. Może on się okazać niekorzystny dla obu Stron umowy. Ustawodawca zastrzegł Zamawiającemu jako podmiotowi publicznemu ograniczoną wysokość kar z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może skorzystać z takich włączeń i „ulg”. W razie nałożenia na Wykonawcę wysokiej kary przez organ kontrolny przy odpowiedzialności solidarnej może się okazać, że Zamawiający poniesie negatywne konsekwencje błędów Wykonawcy, a w konsekwencji zapłaci wyższe kary.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 64)

§2 ust. 19:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie zdania:

„*wyłącznie w zakresie danych dotyczących realizacji umowy Głównej, których Powierzający jest Administratorem*”.

Przekazywanie innych danych prowadziłoby do gromadzenia danych nadmiarowych przez Zamawiającego, a wskazany zapis prowadziłby do sytuacji zmuszenia Wykonawcy do przekazywania danych Zamawiającemu do których Zamawiający nie jest upoważniony. W rezultacie doprowadziłby do naruszenia RODO zarówno przez Wykonawcę jak i przez Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ - Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy powierzenia dotyczy części 1 – Załącznik nr 2 do umowy na 13 ark. §2 ust. 19 otrzymuje nowe brzmienie:

„19. Procesor ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Powierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Procesora, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Procesora,

o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Procesora, w szczególności prowadzonych przez organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, wyłącznie w zakresie danych dotyczących realizacji umowy Głównej, których Powierzający jest Administratorem.”

III. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy powierzenia (dot. części 4-6) – Załącznik nr 2 do umowy na 13 ark., Załącznik nr 1 (Zakres przetwarzania):

Pyt. 65)

Uprzejmie prosimy o rozszerzenie danych w tabeli o dane z wyników badań gromadzonych przez wydzierżawiany aparat:

Kategorie osób, których dane dotyczą: Dane dotyczące pacjentów, dane pracowników/ współpracowników Powierzającego.

Rodzaj danych osobowych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane o stanie zdrowia, data urodzenia, nr PESEL, wyniki badań, imię i nazwisko lekarza zlecającego badanie.

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ - Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy powierzenia dotyczy części 1 – Załącznik nr 2 do umowy na 13 ark., Załącznik nr 1 (Zakres przetwarzania): otrzymuje nowe brzmienie:

Kategoria osób, których dane dotyczą	Rodzaj danych osobowych
<i>Dane dotyczące pacjentów <u>dane pracowników/ współpracowników Powierzającego.</u></i>	<i>Imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane o stanie zdrowia, <u>data urodzenia, nr PESEL, wyniki badań, imię i nazwisko lekarza zlecającego badanie.</u></i>

Pyt.66)

Dotyczy Części 1 pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bagietek plastikowych dł. 12,5 cm i śr. 4mm? Różnica 1mm, w żaden sposób nie wpływa na właściwości użytkowe produktu

Odp.: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian.

W związku z powyższym, Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert.

Nowe terminy są następujące:

- termin składania ofert: **18.06.2019r. do godz. 10:00**

- termin otwarcia ofert: **18.06.2019r. o godz. 11:00.**

SZEF LOGISTYKI



mgr inż. Zbigniew ŻUKOWSKI