



**WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY  
LOTNICZEJ**

WIML.PA.SPLiZP.261.22/ZP/20.2020

WOJSKOWY INSTYTUT  
MEDYCYNY LOTNICZEJ  
Nr..... 3756/20  
Wpłynęło..... 2-8-GRU-2020.....  
Zał. .... Ark./Str. 4.....  
02 02

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

*dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych do hematologii z dzierżawą analizatora oraz próbek do międzynarodowej kontroli jakości badań w hematologii, znak sprawy: 22/ZP/20.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, w związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczam treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami:

1)

**Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, tabela Parametry wymagane (minimalne), pkt 1**

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany analizator posiadał dedykowany tryb do oznaczania płynów z jam ciała, który minimalizuje interferencje poprzez przygotowanie analizatora i całkowite wyzerowanie tła przed wykonaniem oznaczenia ?

**Odp.: Tak.**

2)

**Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, tabela Parametry wymagane (minimalne), pkt 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skalkulowanie materiału kontrolnego zgodnie z terminem ważności na opakowaniu ?

**Odp.: Tak.**

3)

**Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, tabela Parametry wymagane (minimalne), pkt 16**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator pracował na maksymalnie 4 odczynnikach do wykonania pełnej morfologii CBC+5DIFF ?

**Odp.: Tak.**

4)

**Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, tabela Parametry wymagane (minimalne), pkt 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym graficzna prezentacja wyników pomiaru dostępna jest na 1 scattergramie i 2 histogramach (dla RBC i PLT) ?

**Odp.: Tak.**

5)

**Dotyczy SIWZ:**

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników Zamawiającego i Wykonawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę formy składania ofert na elektroniczną.

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy świadomi, iż zastosowanie środków komunikacji elektronicznej wiąże się m.in. z tym, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, składa się w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na Platformie wskazanej przez Zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.**

6)

**Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1\_FORMULARZ OFERTOWY:**

Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych pakietów, do których Wykonawca przystępuje?

**Odp.: Tak.**

7)

**Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.**

**Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ:**

8)

**§2 ust. 1:**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

*„Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer .....), emailem (na adres .....) lub pocztą na adres Wykonawcy. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”*

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu Stron umowy.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

9)

**§2 ust. 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczany przedmiot zamówienia zamiast ulotek w języku polskim zawierających wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje, w tym instrukcje dot. magazynowania i przechowywania, zawierał ww.

informacje na opakowaniach wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

10)

**§5 ust. 6:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość dosyłania faktury w formie elektronicznej **na e-mail w formacie pliku pdf**? Wykonawca motywuje prośbę powodami technicznymi.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

11)

**§8 ust. 1 pkt 5):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 20% na 10%?

**Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.**

12)

**Dotyczy SIWZ, Wzór umowy powierzenia (dot. części 1) – Załącznik nr 2 do umowy na 13 ark. do SIWZ, §2 ust. 18 pkt 3):**

Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu. Może on się okazać niekorzystny dla obu Stron umowy.

Ustawodawca zastrzegł Zamawiającemu jako podmiotowi publicznemu ograniczoną wysokość kar z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może skorzystać z takich włączeń i „ulg”. W razie nałożenia na Wykonawcę wysokiej kary przez organ kontrolny przy odpowiedzialności solidarnej może się okazać, że Zamawiający poniesie negatywne konsekwencje błędów Wykonawcy, a w konsekwencji zapłaci wyższe kary.

**Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.**

13)

Dot. załącznika 2; dzierzawa analizatora; parametry wymagane; pkt. 5

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego pobierającego max. 80 µl materiału badanego podczas rutynowego trybu pracy. W przypadku niewystarczającej ilości krwi, analizę można przeprowadzić z wykorzystaniem trybu pracy wstępnego rozcieńczania. W tym trybie objętość próbki wynosi max. 20µl. Analizator wówczas automatycznie odmierza wymaganą ilość dliuentu potrzebnego do wykonania rozcieńczenia i następnie przelicza otrzymany wynik.

Wymóg 25µl mikrolitrów jest wymogiem ograniczającym konkurencję, opartym na nieznanym oparciu w praktyce stanie faktycznym, gdyż do wykonania badania w rzeczywistości potrzebne jest znacznie więcej krwi. Wynika to z faktu, iż najmniejsza możliwa objętość krwi pełnej jaką możemy pobrać od pacjenta, stosując powszechnie używane wystandaryzowane systemy do pobierania krwi, wynosi 100µl. Zamawiający wymaga również automatycznego podajnika próbek, minimalna objętość martwa próbki w przypadku pracy z podajnikiem w zależności od producenta wynosi od 500µl do 1000µl, tym samym wymóg: Objętość próbki nie większa niż 25µl jest wymogiem sprzecznym i nieuzasadnionym. Ponadto, bez względu na objętość próbki pobieranej przez aparat do badania wymaga on pewnej minimalnej objętości materiału ponad deklarowaną wielkość, określanej jako objętość martwa. Materiał ten nie jest wykorzystywany tylko kierowany do utylizacji. Producenci w większości przypadków nie podają tej wielkości lecz z reguły wynosi ona zdecydowanie ponad 100 mikrolitrów. Tak więc wymóg objętości próbki 25 mikrolitrów nie ma uzasadnienia merytorycznego i służy tylko ograniczaniu konkurencji.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

14)

Dot. załącznika 2; dzierżawa analizatora; parametry wymagane; pkt.14

Czy Zamawiający dopuści aparat o znacznie przewyższającym obrazowaniu wyników niż żądany aparat, który zawiera graficzne przedstawienie wyników pomiarów w postaci 2 histogramów 2D dla RBC i PLT; 3 scategramów 3D dla kanałów diff ;WNB; RET oraz 5 scategramów 2D dla DIFF, WNB, RET-EXT, PLT-O, RET ?

**Odp.: Zamawiający nie wymaga.**

W związku z powyższym, Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert.

Nowe terminy są następujące:

- termin składania ofert: **04.01.2021r. do godz. 10:00**
- termin otwarcia ofert: **04.01.2021r. o godz. 11:00.**

Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian.

**DYREKTOR**



**plk dr n. med. Alicja TROCHIMIUK**