



Wrocław, dnia 11.05.2021 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

WZZ.DZP.241.33.2.2021.M.D.

Dotyczy: Dostawy termometrów bezdotykowych dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków .Znak postępowania: ZP/WZZ/2021/33.

Zamawiający - Wrocławski Zespół Żłobków z siedzibą przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu (53-609) w związku z pytaniem do ww. zaproszenia, poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 :

Czy Zamawiający dopuści termometr bezdotykowy o parametrach jak poniżej:

Termometr bezdotykowy przenośny do szybkiego i bezpiecznego pomiaru temperatury. Możliwy szybki pomiar wielokrotny, świetny do przesiewowego pomiaru pracowników. Nie wymaga kalibracji. Pomiar temperatury przedmiotów i ciała pacjenta. Wyprodukowany zgodnie z normą ISO 80601-2-56:2009 zarezerwowaną dla termometrów klinicznych.

termometr ma powtarzalność pomiaru: 0.2°C

temperatura ciała: 32°C ~ 43°C

temperatura powierzchni: 0°C ~ 100°C

pamięć 32 pomiarów

dystans pomiaru 3-5 cm

czas pomiaru: 1 sek.

podświetlany wyświetlacz w kolorze zielonym

automatyczne wyłączenie urządzenia: 60 sek bezczynności

wymiary: 152mm x 103mm x 39mm

zasilanie: 2 baterie AA - LR6

Medical Devices Directive (MDD 93/42/EEC).

Termometr może być również używany do celów medycznych. Certyfikacja medyczna dokonana w Europie oraz dokument Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuści przedstawiony w zapytaniu termometr bezdotykowy o przedstawionych parametrach.

Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część Zaproszenia i zostaje umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.wzz.wroc.pl>).

Sprawę prowadzi:

Marek Dziadosz, telefon 71 718 62 45 , e-mail przetargi@wzz.wroc.pl

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a

DYREKTOR
Marla Iwona Bugajska

Dobry