

Sosnowiec 2017-02-21

**Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/1/2017**

Dotyczy: zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy cyfrowy aparat echokardiograficzny dedykowany do badań sercowo naczyniowych wyposażony w głowicę szerokopasmową sektorową posiadającą 64 elementy tworzące i odbierające sygnał ultradźwiękowy spełniającą pozostałe wymagane parametry techniczne.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w AIT SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania fabrycznie nowy aparat echokardiograficzny wyprodukowany w 4 kwartale 2016r?

Odp. Tak. Pod warunkiem, że będzie to aparat fabrycznie nowy, nie używany w celach demonstracyjnych.

3. Proszę o doprecyzowanie jakiego okresu gwarancji wymaga Zamawiający. W AIT w pkt. 10.1 Zamawiający określa okres min 12 miesięcy gwarancji, a w postanowieniach ogólnych SIWZ okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące.

Odp. Zamawiający oczekuje zaproponowania terminu gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące. Tym samym zapis punktu 10.1 AIT otrzymuje brzmienie: W rubryce – oferowana wartość parametrów – min 24 miesiące, Punktacja – 24 miesiące – 0 pkt, Za każde dodatkowe 12 miesięcy – 5pkt.

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.

4. Większość producentów nie podaje w dokumentacji ilości bitów przetwornika A/D, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat, dla którego producent nie określił ilości bitów przetwornika?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w AIT SIWZ. Ilość bitów przetwornika analogowo-cyfrowego ma istotne znaczenie przy odwzorowaniu sygnału. Im więcej bitów ma przetwornik, tym odwzorowanie jest dokładniejsze.

5. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania aparat o dynamice 205dB ?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w AIT SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat wyposażony w możliwość regulacji dynamiki (zamiast wzmocnienia) na obrazach zatrzymanych i z archiwum?

Odp. Tak.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat o częstotliwości odświeżania 495 obrazów / sekundę?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w AIT SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat bez możliwości automatycznego dostosowania parametrów badanego spektrum przepływu np. linii bazowej i prędkości przepływu lub wzmocnienia?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w AIT SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat o wadze 98kg?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w AIT SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG renomowanego, zachodniego producenta, bez możliwości regulacji konsoli góra-dół i lewo-prawo? Istnieje możliwość swobodnej regulacji położenia monitora.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza aparat bez możliwości regulacji konsoli lewo-prawo, pod warunkiem, że aparat posiada kółka umożliwiające jego obrót wokół osi pionowej i zablokowanie go w określonym położeniu oraz góra- dół, pod warunkiem, że zastosowany w aparacie monitor ma możliwość regulacji położenia góra-dół.

11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG renomowanego, zachodniego producenta, z pamięcią CINE LOOP do 1.200 obrazów?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w AIT SIWZ.

12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG renomowanego, zachodniego producenta, z głowicą sektorową, szerokopasmową, o liczbie 64 niezależnych elementów piezoelektrycznych?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w AIT SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG renomowanego, zachodniego producenta, bez możliwości rozbudowy o głowicę przezprzełykową?

Odp. Tak. Tym samym Zamawiający usuwa zapis punktu 9.5 AIT.

14. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG renomowanego, zachodniego producenta, bez możliwości rozbudowy o funkcję Strain i Strain Rate?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w AIT SIWZ.

15. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG renomowanego, zachodniego producenta, posiadający wbudowaną instrukcję obsługi w języku angielskim? Pełna instrukcja obsługi w języku polskim jest dostępna w formie książkowej i w wersji pdf.

Odp. Tak, ale punkt 10.7 podlega jedynie ocenie, więc oferent w tym wypadku otrzyma 0 pkt.

16. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG renomowanego, zachodniego producenta, który jest dystrybuowany przez autoryzowanego dystrybutora, posiadającego biuro handlowe na Śląsku, na rzecz którego usługi serwisowe świadczy Producent aparatu?

29



Odp. Tak. Pod warunkiem dostarczenia dokumentów poświadczających usługi serwisowe producenta aparatu.

17. Zamawiający w punkcie 6.3 podaje parametry charakterystyczne dla jednego producenta. Jest to niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o dopuszczenie głowicy kardiologicznej posiadającej 64 elementy ale za to posiadającej szerszy zakres częstotliwości 1-5 MHz, większy kąt pola skanowania (90st) oraz posiadającą dużo lepsze obrazowanie harmoniczne (8 harmonicznych). Tego typu głowica pomimo mniejszej ilości kryształów przewyższa parametry zamawianej głowicy.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w AIT SIWZ. Zamawiający odnosząc się do sugestii oferenta podkreśla, że punkt 6.3 jest punktem ocenianym, w którym Zamawiający nie określa jednoznacznie ilości elementów nadawczo-odbiorczych w głowicy. Na rynku jest co najmniej kilka aparatów różnych producentów mających głowice z wyższą od 80 ilością takich elementów.

18. Czy Zamawiający będzie wymagał w punkcie 4.2.2 M Mode anatomiczny z 3 linii prostych w czasie rzeczywistym oraz po zamrożeniu? Opcja ta obecnie jest standardem w badaniach kardiologicznych. Brak tej funkcji uniemożliwi wykonanie pełnego badania Echo Serca.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w AIT SIWZ.

19. Czy Zamawiający w punkcie 9.4 będzie wymagał możliwość rozbudowy o głowicę liniową wykonaną w technologii matrycowej (1024 elementów)? Tego typu głowica w znaczący sposób wpłynie na wartości diagnostyczne aparatu.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w AIT SIWZ.

20. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fabrycznie nowego echokardiografu, wyprodukowanego w II połowie 2016 roku?

Odp. Nie. Zgodnie jednak z odpowiedzią na pytanie 2, Zamawiający dopuszcza aparat wyprodukowany w 4 kwartale 2016 roku. Pod warunkiem, że będzie to aparat fabrycznie nowy, nie używany w celach demonstracyjnych.

21. W związku z rozbieżnymi zapisami SIWZ oraz AIT prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga 12-sto czy 24-ro miesięcznego okresu gwarancji dla oferowanego echokardiografu.

Odp. Zamawiający oczekuje zaproponowania terminu gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące. Tym samym zapis punktu 10.1 AIT otrzymuje brzmienie: W rubryce – oferowana wartość parametrów – min 24 miesiące, Punktacja – 24 miesiące – 0 pkt, Za każde dodatkowe 12 miesięcy – 5pkt.

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.

p.o. D Y R E K T O R  
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
w Sosnowcu

*Jan Franelak*  
lek. med. Jan Franelak

*ISP*