

Sosnowiec 2017-10-09

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/3/2017

Dotyczy: zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 1. Dotyczy załącznika nr 2

Czy Zamawiający w myśl dobrze pojętego interesu Szpitala i Pacjentów dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG wyposażony w wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik liniowy o szerokości czoła sondy 38,4 mm?

Odp. Tak.

Pytanie 2. Dotyczy załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG wyposażony w wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik liniowy o częstotliwości pracy sondy od 2.7 do 7.8 MHz?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis AIT SIWZ.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści aparat usg posiadający opcję powiększenia obrazu zamrożonego i rzeczywistego bez możliwości powiększania obrazów z pamięci CINE ?

Odp. Tak.

Pytanie 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przyznanie dodatkowych punktów aparatu usg z możliwością rozbudowy o głowicę objętościową convex obrazującej w technologii Curved Vector ?

Odp. Tak.

Pytanie 5

Dotyczy: Pkt 7.3 Szerokość czoła sondy

Czy Zamawiający dopuści szerokość czoła głowicy liniowej 38 mm?

Odp. Tak.

KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-
GOSPODARCZEGO I ZAOPATRZENIA
mgr inż. Waldemar Banach