

Sosnowiec 2017-10-11

**Odpowiedzi nr 2 na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/3/2017  
Dotyczy: „Dostawa 2 szt. USG dla poradni ginekologicznych”**

Pytanie 1 Dotyczy zapisów w AIT

Proszę o potwierdzenie, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i wymagane w pkt: 6.1, 8.1, 11.7, 11.8 częstotliwości głowic są wymaganiami minimalnymi. W tej chwili zapisy uniemożliwiają złożenie oferty wykonawcom posiadającym szerszy, a zatem lepszy zakres częstotliwości pracy sondy.

Odp. Tak. To wymagania minimalne, co Zamawiający określił w nagłówku tabeli. Prosimy o uważną lekturę AIT.

Pytanie 2 Dotyczy Pkt. 13 AIT

Proszę o dopuszczenie aparatu usg o wadze 105 kg. Jest to różnica zaledwie 5% w stosunku do wymogu i nie wpłynie w sposób znaczący na użytkowanie aparatu usg.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis pkt. 13 AIT.

Pytanie 3 Dotyczy Pkt. 7.3 AIT

Czy zamawiający dopuści aparat usg renomowanej marki w wielu punktach przewyższający wymagania Zamawiającego, posiadający sondę liniową pracującą w szerokim zakresie: 3-16 MHz o szerokości czoła 38,4 mm?

Odp. Tak.

Pytanie 4 Dotyczy Pkt. 11.7 AIT

Czy zamawiający dopuści aparat usg renomowanej marki w wielu punktach przewyższający wymagania Zamawiającego, nie posiadający w chwili obecnej możliwości rozbudowy o głowicę kardiologiczną pediatriczną. Producent przewidział jednak dostępność takiej sondy w niedługim czasie.

Proszę o weryfikację tego wymogu, ponieważ, oba aparaty usg mają być użytkowane w poradni ginekologicznej.

Odp. Tak, pod warunkiem określenia przez wykonawcę przewidywanego czasu dostępności w/w głowicy.

KIEROWNIK  
DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-  
GOSPODARCZEGO I ZAOPATRZENIA  
mgr inż. Waldemar Banasik