

Sosnowiec 2017-10-13

**Odpowiedzi nr 3 na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/3/2017
Dotyczy: „Dostawa 2 szt. USG dla poradni ginekologicznych”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących zagadnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w Arkuszu Informacji Technicznej z:

„W przypadku naprawy aparatu w okresie gwarancyjnym lub pogwarancyjnym dłuższym niż 48 godz.(w dni robocze) zapewniony zostanie aparat zastępczy”

Na:

„W przypadku naprawy aparatu w okresie gwarancyjnym dłuższym niż 48 godz.(w dni robocze) zapewniony zostanie aparat zastępczy”

W przypadku okresu pogwarancyjnego aparat zastępczy będzie mógł być zapewniony po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztów związanych z ewentualną naprawą aparatu.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis AIT.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu usunięcia awarii maksymalnie do 72 godzin (w dni robocze) od przybycia serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 168 godzin (w dni robocze) od przybycia serwisu.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis AIT.

KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-
GOSPODARCZEGO I ZAOPATRZENIA
mgr inż. Waldemar Banaszk