

Sosnowiec 2019-07-08

## Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/1/2019

Dotyczy: zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

### Pytanie 1. do pkt. 3.4 Ekran dotykowy

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z dotykowym wyświetlaczem do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej 8,9 cala? Pragniemy zauważyć, że różnica w stosunku do minimalnych wymagań Zamawiającego wynosi zaledwie 0,1 cala i jest niezauważalna. Ponad to oferowany ekran dotykowy jest rozwiązaniem wykorzystującym nowszą i wyższą technologię, można dowolnie regulować intensywność podświetlenia. Ekran pracuje w wysokiej rozdzielczości 1024x600 pikseli. Takie rozwiązanie nie tylko powoduje przyspieszenie pracy, ale także podnosi standard pracy operatora.

**Odp. 1** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w punkcie 3.4

### Pytanie 2. do pkt. 11.7 i 11.8 Możliwość rozbudowy o głowice kardiologiczną oraz microconvex

Prosimy o potwierdzenie, że aparat posiadający możliwość rozbudowy o głowice o większych zakresach częstotliwości niż opisane w pkt. 11.7 i 11.8 spełnia zapis SIWZ.

**Odp.** Tak.

### Pytanie 3.

Czy zamawiający będzie wymagał aparat USG z możliwością rozbudowy o elastografię uciskową ?

**Odp.** Nie.

### Pytanie 4.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu 4.1.4 Częstotliwość odświeżania Punktacja:  $\geq 1000$  - 10pkt,  $>490$  do 999 - 5pkt, 490 - 0 pkt. ?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na zaproponowanie aparatu o lepszych właściwościach funkcjonalno-użytkowych.

**Odp.** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w punkcie 4.1.4

### Pytanie 5.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu 1.4 Maksymalna częstotliwość pracy  $\geq 12$  MHz Punktacja: 12MHz - 15MHz - 0pkt,  $\geq 16$ MHz - 5pkt ?

**Odp.** Nie.

### Pytanie 6. Załącznik nr 3 wzór umowy

W związku z zapisem w § 4 pkt. 5, który brzmi: „W przypadku nie usunięcia awarii w terminie określonym w pkt. 4 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zamienny o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat” proszę o modyfikację zapisu w pkt. 6 na poniższy: „Dostawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów ultrasonografu)”.

**Odp.** Zamawiający zgadza się na modyfikację zapisu w punkcie 6 z:

„Dostawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów ultrasonografu). Orz niemożności dokonania naprawy w terminie określonym pkt. 4 bez dodatkowych opłat.”

Na:

„Dostawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów ultrasonografu)”.

**Pytanie 7.**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat, którego ilość niezależnych kanałów cyfrowych wynosi 24580?

**Odp. Nie.** Zamawiający podtrzymuje zapis punktu 1.2

**Pytanie 8.**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat posiadający możliwość podłączenia zewnętrznego napędu DVD-R?

**Odp. Nie.** Zamawiający podtrzymuje zapis punktu 2.3

**Pytanie 9.**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości aparat z przekątną 15,6”?

**Odp. Nie.** Zamawiający podtrzymuje zapis punktu 3.1

**Pytanie 10.**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pkt 4.1.4 częstotliwość odświeżania i wartość powinna być wyrażona w klatkach na sekundę?

**Odp. Nie.** Zamawiający podtrzymuje zapis punktu 4.1.4

**Pytanie 11.**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości aparat z głowicą liniową 7-17MHz? Pozostałe parametry jak wymagane przez Zamawiającego.

**Odp. Nie.** Zamawiający podtrzymuje zapis punktu 7.1

**Pytanie 12.** dot. § 4 GWARANCJE I SERWIS punkt 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu przybycia serwisu (podjęcia naprawy) od momentu zgłoszenia do 72 godzin (dni robocze) od zgłoszenia awarii.

**Odp. Nie.** Czas reakcji serwisu 48 godz. to norma ISO

**Pytanie 13.** dot. dot. § 4 GWARANCJE I SERWIS punkt 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu usunięcia awarii maksymalnie do 72 godz. (w dni robocze) od przybycia serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 240 godz. (w dni robocze) od przybycia serwisu.

**Odp. Nie.** Zamawiający podtrzymuje zapis § 4 punktu 4 UMOWY

**Pytanie 14.** dot. dot. § 4 GWARANCJE I SERWIS punkt 6

Ze względu na fakt, iż producent nie przewiduje wymiany aparatu na nowy w ramach serwisu gwarancyjnego, a jedynie jego naprawę poprzez wymianę podzespołu/elementu na nowy, prosimy o zmianę zapisu w/w punktu na:

Dostawca zobowiązuje się do wymiany tego samego elementu/ podzespołu na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu/podzespołu.



Pozostawienie zapisu w dotychczasowym brzmieniu spowoduje konieczność wkalkulowania kosztów ewentualnej wymiany do ceny oferty, co znacząco podniesie koszt jego zakupu dla Zamawiającego.

**Odp. Nie.** Zamawiający już złagodził wymogi § 4 punktu 6 UMOWY. Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

**Pytanie 15.** dot. Załącznika nr 2 Arkusz Informacji Technicznej Gwarancja i przeglądy punkt 12.5 Ze względu na fakt, iż producent nie przewiduje wymiany aparatu na nowy w ramach serwisu gwarancyjnego bez względu na czas trwania naprawy gwarancyjnej, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie w/w punktu.

Pozostawienie zapisu spowoduje konieczność wkalkulowania kosztów ewentualnej wymiany do ceny oferty, co znacząco podniesie koszt jego zakupu dla Zamawiającego.

**Odp. Nie.** Zamawiający podtrzymuje zapis punktu 12.5 AIT.

**Pytanie 16.**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf z 73726 kanałami odbiorczymi o wyższych parametrach (niż wymagane) układu formowania wiązki?

**Odp. Nie.** Zamawiający podtrzymuje zapis punktu 1.2

**Pytanie 17.**


Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf o zakresie regulacji kąta 72 stopnie, pragniemy nadmienić że w diagnostyce radiologicznej wystarczająca zmianą kąta jest 70 stopni?

**Odp. Nie.** Zamawiający podtrzymuje zapis punktu 4.3.1

**Pytanie 18.**

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf ważący 86 kg. Mobilność całego zestawu jest na tyle duża, że bez problemu jedną ręką można nim manewrować w wąskim korytarzu?

**Odp. Nie.** Zamawiający podtrzymuje zapis punktu 13 AIT

DYREKTOR  
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
w Sosnowcu  
  
mgr inż. Małgorzata Macek

