

Sosnowiec 2019-07-09

Odpowiedzi nr 2 na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/1/2019

Dotyczy: zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 1. do pkt. 3.4 Ekran dotykowy do sterowania funkcjami aparatu min. 9 cali

Prosimy o wyjaśnienie, czy wymóg Ekran dotykowy do sterowania funkcjami aparatu min. 9 cali dotyczy wielkości ekranu dotykowego czy też matrycy ekranu dotykowego.

Odp. 1 Wymóg dotyczy wielkości ekranu dotykowego.

DYREKTOR
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Sosnowcu
Macek
mgr Małgorzata Macek

KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-
GOSPODARCZEGO I ZAOPATRZENIA
Banastk
mgr inż. Waldemar Banastk